


МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Утас: _____; E-mail: info@inspection.gov.mn;
Факс: _____; Web: http://www.inspection.gov.mn;

**ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЮУЛГҮЙ
БАЙДЛЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**
А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Дууссан: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Хяналт шалгалтын төрөл		Удирдамж	Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн	
Төлөвлөгөөт Төлөвлөгөөт бус Зөвлөн туслах үйлчилгээ		Дугаар		
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж байгууллага				
төрийн хувийн	Нэр	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No		Регистрийн No
Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан			Хяналтын объект	
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл	Хаяг, байршил	
Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан				
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл		
Тусламж, үйлчилгээний нэр төрлийн өмнөх дугаарыг дугуйлж тэмдэглэнэ		Тусламж үйлчилгээний чиглэл, ашигладаг эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн нэрийн өмнөх дугаарыг дугуйлж тэмдэглэнэ		
1. Өрхийн эрүүл мэндийн төв 2. Сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв 3. Амаржих газар 4. Төв эмнэлэг 5. Тусгай мэргэжлийн төв 6. Нийгмийн эрүүл мэндийн төв 7. Нэгдсэн эмнэлэг 8. Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв 9. Түргэн тусламжийн төв 10. Сувилахуйн төв 11. Сувилал 12. Клиник 13. Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг 14. Сэргээн засах төв 15. Тусгай эмнэлэг 16. Хөнгөвчлөх, асаргаа сувилгааны төв		1. Дотрын өвчин судлал 2. Мэдрэлийн өвчин судлал 3. Нүдний өвчин судлал 4. Чих хамар хоолойн өвчин судлал 5. Шүд эрүү нүүрний өвчин судлал 6. Хүүхдийн өвчин судлал 7. Мэс заслын өвчин судлал 8. Төрөх эмэгтэйчүүдийн өвчин 9. Халдварт өвчин судлал 10. Хавдар судлал 11. Гэмтэл согог судлал 12. Сэтгэцийн өвчин судлал 13. Арьс халимын өвчин судлал 14. Уламжлалт анагаах ухаан 15. Цус цусан бүтээгдэхүүн судлал 16. Эмгэг судлал 17. Сувилахуй 18. Лаборатор 19. Нөхөн сэргээх эмчилгээ 18. Бусад		
1. ЭКГ		2. ЭХО		
2. Тархины цах. бичлэгийн аппарат		4. Хяналтын монитор		
5. Коагулятор		6. Дефибрилятор		
7. Амьсгалын аппарат		8. Унтуулгын аппарат		
9. Хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч		10. Гемодиализийн аппарат		
11. Шүдний өрмийн машин		12. Автоклав		
13. Авторефрактометр		14. Автомат шахуурга		
15. Дурангийн иж бүрдэл		16. MRI аппарат		
17. Биохимийн анализатор		18. Шээсний анализатор		
19. Центрифуг		20. Рентген, СТ		
21. УВЧ болон нөхөн сэр. цах, апп-д				
Эрүүл мэндийн ажилтаны тоо.....				
Нийт тоног төхөөрөмжийн тоо /эмнэлгийн хэрэгсэл, багаж орохгүй/		Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженерийн овог нэр	Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн техникчийн овог нэр	Гэрээт байгууллага, инженерийн овог нэр
.....	
Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ				
Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан				
Өмнөх шалгалтаар илэрч байсан зөрчлүүд				
Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал				

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

No	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Хяналт шалгалтын асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо		
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	Хяналт шалгалт	Гүйцэтгэлийн шалгалт	
Нэг. Эрүүл мэндийн ажилтаны хүний нөөц			0	100	0	0	
1	Төв эмнэлгийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6330-1:2012, Тусгай мэргэжлийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6330-2:2012 стандартуудын А хавсралт, 12.4.1-12.4.3,	Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн хэвийн болон аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах төрөлжсөн алба, хэсэг ажилладаг.	0	10			
2	Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6330-4:2012, Амаржих газрын бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6188: 2010, Нэгдсэн эмнэлгийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5095:2013 стандартуудын А хавсралт, 13.4.1-13.4.3 заалтууд	Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер орон тоогоор ажиллаж, техникийн засвар үйлчилгээ, аюулгүй байдлыг хариуцдаг.	0	30			
3	Эрүүл мэнд, спортын сайдын 2015 оны 112 дугаар тушаалын В4 хэсэг	Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн техникч орон тоогоор ажиллаж, урьдчилан сэргийлэх үзлэг, урсгал засварыг гүйцэтгэдэг.	0	15			
4	Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 20.2.2 дахь заалт, Сувиллын бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5232: 2013 стандартын 10.2, 10.3.1 заалтууд	Соронзон резонанст-томографийн оператор – инженер орон тоогоор ажиллаж, системийг удирдаж ажиллуулдаг.	0	5			
5		Хүчилтөрөгчийн инженер ажилладаг.	0	5			
6		Гемодиализийн инженер ажилладаг.	0	5			
7		Гемодиализийн аппаратын засвар үйлчилгээг мэргэшсэн /үнэмлэхтэй/ техникч гүйцэтгэдэг.	0	10			
8		Сувиллын цогцолбор нь эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер орон тоогоор ажилладаг. /эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн тоо 50-аас доош бол хавсарч болно/	0	10			
9		Эмнэлэг, сувилал нь эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн гэрээт инженертэй.	0	10			
Хоёр. Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн хангамж, ашиглалт, технологийн мөрдөлт			0	150	0	0	
10	MNS 6330-1:2012, MNS 6330-2:2012, MNS 6330-4:2012, MNS 6188: 2010, MNS 5095:2013, MNS 5081:2013, MNS 5292-2011 стандартын В, С хавсралт	Эмнэлэг нь холбогдох бүтэц, үйл ажиллагааны стандартын В, С хавсралтад заагдсан эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмжийн хангамж нь 80 хувиас доошгүй хувь.	0	10			
11	Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 28.4.3 дахь заалт, MNS 6330-1:2012, MNS 6330-2:2012, MNS 6330-4:2012, MNS 6188: 2010, MNS 5095:2013 стандартуудын 15.3.1, 16.3.1, 16.5.1 MNS 5081:2013 стандартын 12.9.3.1, MNS 5292-2011 стандартын 11.2.1, 11.2.3, 11.2.4	Дефибриллятор	0	10			
12		Хяналтын монитор	0	10			
13		Зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат	ашиглагддаг, хэвийн ажиллагаатай, ажиллуулах болон аюулгүй ажиллагааны зааврыг	0	10		
14		Амьсгалын аппарат	монгол хэл дээр бичсэн, эмнэлгийн мэргэжилтэн мөрддөг.	0	10		
15		Унтуулгын аппарат		0	10		
16		Коагулятор	0	10			
17		Гемодиализийн аппарат	0	10			
18		Ариутгалын автоклав	0	10			
19		Хэт авиа оношилгооны аппарат	0	10			
20		Шүдний өрмийн машин	0	10			
21	Автомат тариурын шахуурга	0	10				
22		Лаборатори нь өөрийн үйл ажиллагааны чиглэлд шаардагдах бүхий л төрлийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон	0	10			

23	Эрүүл мэндийн лаборатори-Чанар ба чадавхид тавих шаардлага MNS ISO 15189- 2015 стандартын 15.3.1.1	Биохимийн анализатортой, хэвийн ажиллагаатай, ажиллуулах болон аюулгүй ажиллагааны зааврыг монгол хэл дээр бичсэн, эмнэлгийн ажилтан мөрддөг.	0	10		
24		Шээсний анализатортой, хэвийн ажиллагаатай, ажиллуулах болон аюулгүй ажиллагааны зааврыг монгол хэл дээр бичсэн, эмнэлгийн ажилтан мөрддөг.	0	10		
Гурав. Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ			0	91	0	0
25		Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер, техникч, гэрээт инженер нь засвар үйлчилгээг батлагдсан хуваарь, төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэдэг.	0	15		
26	Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 40.1.3 дахь заалт, MNS 6330-1:2012, MNS 6330-2:2012, MNS 6330-4:2012, MNS 6188: 2010, MNS 5095:2013	Дурангийн иж бүрдэл нь	0	5		
27		Хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч нь	0	5		
28		Зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат нь	0	5		
29		Авторефрактометр нь	0	5		
30		Центрфуг нь	0	5		
31		Коагулятор нь	0	5		
32	5292-2011 стандартын 11.2.2	Эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмжийн засварыг тоноглогдсон тусгай өрөөнд гүйцэтгэдэг.	0	15		
33		Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн сэлбэг хэрэгсэл, урсгал болон их засварын зардлыг төсөвлөж зарцуулдаг.	0	10		
34	Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 40.2, 40.3 дахь заалтууд,	Шинжилгээний тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэгч нь баталгаат хугацаа олгож, засвар, үйлчилгээ хийж, дагалдах хэрэгсэл, урвалж бодисоор хангадаг /гэрээтэй/	0	3		
35	Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн засварыг захиалга, гэрээгээр гүйцэтгэх журам ЭМС-ын 2005 оны 298 дугаар тушаал	Техникийн нарийн мэргэжлийн засвар үйлчилгээ шаардлагатай, эвдрэл, гэмтэлтэй тоног төхөөрөмжийг захиалга өгч, гэрээний дагуу засварлуулдаг.	0	3		
36	Сум тосгоны эрүүл мэндийн төв, сум дундын эмнэлгийн бүтэц үйл ажиллагаа MNS 5081:2013 стандартын 11.3.2- 11.3.4,	Эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмж нь техник ашиглалтын паспорттой, засвар үйлчилгээ, ашиглалтын талаар тэмдэглэсэн.	0	5		
37		ӨЭМТ нь эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг /гэрээгээр/ тогтмол хийлгэдэг.	0	5		
38	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5292-2011 стандартын 11.2.2	СЭМТ нь жил бүр аймгийн Эрүүл мэндийн газар, нэгдсэн эмнэлэгт захиалга өгч, нэгдсэн журмаар засвар үйлчилгээ эрхлэх эрх бүхий байгууллагаар гэрээгээр гүйцэтгүүлдэг.	0	5		
Дөрөв. Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдал, шалгалт тохируулга			0	87	0	0
39	Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2.2 дахь заалт, MNS 6330-1:2012, MNS 6330-2:2012, MNS 6330-4:2012 стандартуудын 12.4.5, 12.4.7, 15.3.2, MNS 6188: 2010, MNS 5095:2013	Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер нь тоног төхөөрөмжийг актлах, урсгал болон их засварт оруулах дүгнэлт гаргадаг.	0	10		
40		УВЧ болон сэргээн засах эмчилгээний цахилгаан аппаратууд	0	10		
41		Зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат нь	0	10		
42		Коагулятор буюу мэс заслын түлэгч аппарат нь	0	10		
43		Гемодиализийн аппарат нь	0	10		

44	10.3.3, 10.3.2 Сум тосгоны эрүүл мэндийн төв,	Ариутгалын автоклав нь	0	10		
45	сум дундын эмнэлгийн бүтэц үйл ажиллагаа MNS 5081:2013 стандартын 11.3 дахь хэсэг 11.3.5, 11.3.6, 12.9.3.2	Тархи, судасны цахилгаан бичлэгийн аппарат нь	0	10		
46		Ариутгалын автоклавын тагны жийргэвч резин нь гэмтэлгүй бүрэн таглагддаг, хэвийн ажиллагаатай.	0	5		
47	Эмнэлгийн лаборатори - Чанар болон ур чадварт тавигдах онцлог шаардлага MNS ISO 15189:2008 стандартын 5.3.2, 5.3.5, 5.3.4	Лабораторийн шинжилгээний анализаторуудын шалгалт тохируулгыг үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу хяналтын уусмал ашиглан тогтмол хийж, баримтжуулдаг.	0	7		
48	Эрүүл мэнд, спортын сайдын 2015 оны 249 дүгээр тушаалын 1 дүгээр хавсралтын 1.2, 3.1 заалтууд	Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг шалгалт тохируулгад хамруулдаг.	0	5		
Тав. Эмнэлгийн мэргэжилтэнүүдэд зориулсан сургалт			0	25	0	0
49	Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 20.2.2, 28.4.3 дахь заалтууд	Эрүүл мэндийн байгууллага нь эмнэлгийн мэргэжилтэнүүдэд багаж, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны талаар сургалт явуулдаг.	0	15		
50		Инженер, гэрээт инженер нь эмнэлгийн мэргэжилтэнд эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн техникийн аюулгүй ажиллагааны болон анхан шатны үйлчилгээний заавар өгдөг.	0	10		
Зургаа. ЭХЭМҮТ, Амаржих газар, БОЭТ, аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн төрөх тасаг, Сумын эрүүл мэндийн төв, Сум дундын эмнэлэг, эх барих, эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээ үзүүж буй хувийн хэвшлийн ор бүхий эмнэлэгт тавигдах тусгай шаардлага			0	7	0	0
51	ЭМС-ын 2012 оны 256 дугаар тушаал “Эх, нярайн тусламж, үйлчилгээний хяналтын хуудас”	Төрөх өрөөний тоног төхөөрөмж, багаж, хэрэгслийн хяналтын хуудсыг дотоод хяналтанд хэрэглэж хэвшсэн.	0	7		
НИЙТ ОНОО			0	460		
ҮНЭЛГЭЭ				 эрсдэлтэй эрсдэлтэй

>=50%
 [30%-49%]
 <=29%

Их эрсдэлтэй
 Дунд эрсдэлтэй
 Бага эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
		а/ Акт •Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон •Түр зогсоосон •Сэргээсэн •Нөхөн төлбөр тогтоосон •Шинжилгээний дээж авсан •Устгасан •Хураасан б/ Албан шаардлага •Заалтын тоо в/ Дүгнэлт •Үйл ажиллагааны •Ажлын байрны •Бүтээгдэхүүний г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс /төгрөг, ш, л, кг.../ д/Нөхөн төлбөр е/Торгууль, шийтгэвэр •Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн дүн •Иргэнд тоо/мөнгөн дүн •Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн		
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Дууссан: 20__он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар: