



**МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР**

Утас: \_\_\_\_\_; E-mail: info@inspection.gov.mn;  
Факс: \_\_\_\_\_; Web: http://www.inspection.gov.mn;

**ЭМНЭЛ ЗҮЙН ЛАБОРАТОРИЙН  
БИОАЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААГ  
ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

**А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ**

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20\_\_ он \_\_ сар \_\_ өдөр, \_\_ цаг \_\_ мин;

Дууссан: 20\_\_ он \_\_ сар \_\_ өдөр, \_\_ цаг \_\_ мин;

Хяналт шалгалтын төрөл		Удирдамж	Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн	
Төлөвлөгөөт Төлөвлөгөөт бус		Дугаар		
<b>Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж байгууллага</b>				
төрийн хувийн	Нэр	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No		Регистрийн No
<b>Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан</b>			<b>Хяналтын объект</b>	
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл	Хаяг, байршил	
<b>Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан</b>				
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл		
<b>Шинжилгээний нэр төрөл</b> /тохирохыг + тэмдэглэнэ/				
1. Бактериологийн 2. Иммунологийн 3. Клиник химийн 4. Серологийн 5. Гистологийн 6. Молекул биологийн 7. Биохимийн 8. Бусад /нэрлэж бичих/				
<b>ЭМА-ны мэдээлэл</b>				
Нийт ажилтны тоо.....		Халдвар хяналтын ажилтны тоо.....		
		Хог хаягдлын ажилтан.....		
<b>Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ</b>				
Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан				
Өмнөх шалгалтаар илэрч байсан зөрчлүүд				
Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал				

**Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ**

No	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Хяналт шалгалтын асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	Хяналт шалгалт	Гүйцэтгэлийн шалгалт
<b>1.Барилга, байгууламжийн орчны эрүүл ахуйн шаардлага</b>			<b>0</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 4.2, 5.1, 6.1, "Эрүүл мэндийн лаборатори Чанар ба чадавхид тавих шаардлага" MNS ISO 15189:2015 стандартын 5.2, ДЭМБ-ын зөвлөмж "Лабораторийн биоаюулгүй ажиллагааны гарын авлага-4", ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 12 дугаар хавсралтын 1.2, 1.3	Лаборатори нь зориулалтын зураг төслийн дагуу баригдсан барилгад үйл ажиллагаа явуулдаг.	0	10		
2		Усан хангамж нь төвлөрсөн болон хэсгийн системд холбогдсон.	0	3		
3		Ариун цэврийн байгууламж нь төвлөрсөн системд холбогдсон.	0	3		
4		Сорьц хүлээн авах, шинжлэх, сорьц хадгалах, ариун цэврийн, автоклавын, ус нэрэх, тэжээл бэлтгэх, угаалгын, лаборантын, эмчийн болон бусад шаардлагатай /амралтын, хувцасны г.м/ өрөө тасалгаагаар бүрэн хангагдсан	0	10		
5		Лабораторийн өрөөний хаалганд олон улсын биоаюулгүйн тэмдэг байрлуулсан.	0	3		
6		Лабораторийн өрөө тасалгаа нь хэт шахцалдсан ба их тоног төхөөрөмж суурилуулаагүй, хангалттай зай талбайтай	0	5		
7		Хана, шалны гадаргуу нь гөлгөр, цэвэрлэхэд хялбар, халдваргүйжүүлэх бодист тэсвэртэй материалаар хийгдсэн.	0	5		
8		Лабораторийн хаалга битүү, завсар зайгүй өөрөө хаагддаг нугастай, хаалганд босоо хүний өндрийн хэмжээнд доторх зүйлийг бүрэн харахуйц цонхтой.	0	5		
9		Лабораторийн ширээний гадаргуу ус нэвтэрдэггүй,халдваргүйжүүлэх бодис, хүчил, суурь, органик уусгагч болон халуунд тэсвэртэй.	0	5		
10		Лабораторийн ажлын өрөөнүүд цэвэр цэмцгэр, тухайн өрөөнд хийгдэх ажилд хамааралгүй /хоол унд, хувцас, аяга, гоо сайхны г.м/ эд зүйлсгүй.	0	5		
11		Лабораторийн өрөө бүрт гар угаах нөхцөл бүрдүүлсэн	0	10		
12		Нян судлалын лабораторийн гарах хаалганы дэргэд гар угаах тосгуур байрлуулсан.		5		
13	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 4.4.4	Лабораторийн өрөөнүүд нь бохир агаарыг зайлуулж, гадна агаарыг цэвэрлэж, чийглэдэг иж бүрэн агааржуулалтын механик болон автомат системтэй, хэвийн ажилладаг	0	5		
14	ДЭМБ-ын зөвлөмж-"Лабораторийн биоаюулгүй ажиллагааны гарын авлага-4",	Биоаюулгүйн кабинетын шүүлтүүрийг үйлдвэрлэгчээс тогтоосон хугацаанд тогтмол сольдог	0	10		
<b>2. Халдварын сэргийлэлт, хяналтын үйл ажиллагаа</b>			<b>0</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	ЭМС-ын 2014 оны 186 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын 5.1.5, 5.1.6	Халдвар хяналтын ажилтантай	0	5		

16	ЭМС-ын 2014 оны 186 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын 5.1.2	Үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон ХСХ-ын хөтөлбөр, төлөвлөгөөтэй, хэрэгжүүлж ажилладаг	0	5		
17	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын 6 дугаар хавсралт	Нэг удаагийн зориулалтаар хэрэглэх багаж, материалыг давтан хэрэглэдэггүй.	0	20		
18	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын 3.1	Ариутгалын хэсэгтэй	0	5		
19	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын 4.2	Багаж хэрэгслийн угаах, халдваргүйжүүлэх, ариутгахад зайлшгүй шаардлагатай багаж, тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан, тэдгээр нь хэвийн ажиллагаатай	0	5		
20	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын 3.12	Автоклавын даралт, хэмийн хэмжүүрийг баталгаажуулсан./Автомат программтай автоклавт хамаарахгүй/	0	3		
21	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтын 7.1, 7.2	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн, тухайн онд хэрэглэх химийн бодисын жагсаалтад орсон химийн бодисыг ариутгал, халдваргүйтгэлд хэрэглэдэг, нөөцтэй	0	3		
22	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага. MNS 6392 : 2013 стандартын	Мэргэжлийн байгууллагаар шавжгүйтгэл, мэрэгчгүйтгэлийг хийлгэх гэрээтэй.	0	3		
23		Шавжгүйтгэл, мэрэгчгүйтгэлийг жилд 2-оос доошгүй удаа хийлгэсэн.	0	3		
24	ЭМС-ын 2011 оны 158-р тушаалын 1-р хавсралт	Тусгай хог хаягдлыг зориулалтын, таних тэмдэгтэй, шаардлага хангасан уут, саванд ангилан ялгадаг	0	5		
25		Хог хаягдлыг түр хадгалах байр нь эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын шаардлага хангасан.	0	5		
26	ЭМС-ын 2011 оны 158-р тушаалын 1-р хавсралтын 4.3.10	Шингэн хог хаягдлыг урьдчилан хоргүйжүүлж, саармагжуулж халдваргүйтгэсний дараа төвлөрсөн бохирын шугам /орон нутагт бие засах газар, бохирын цооног/-д нийлүүлдэг.	0	5		
27	ЭМС-ын 2011 оны 158-р тушаалын 1-р хавсралтын 4.3.2	Лабораториос гарч буй халдварын зэрэг өндөртэй хог хаягдлыг халдваргүйжүүлдэг. /Устгалын автоклав тусдаа/	0	5		
<b>3. Химийн бодис, урвалжийн хадгалалт, хэрэглээ</b>			<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хуулийн 10 дугаар зүйл, "Эрүүл мэндийн лаборатори Чанар ба чадавхид тавих шаардлага"	Зөвхөн нэг өдрийн хэрэглээнд шаардагдах хэмжээний химийн бодисыг лабораторид хадгалдаг. /Бусад нөөцийг тусгай зориулалтын өрөө буюу байранд хадгалдаг/	0	5		
29	МНС ISO 15189:2015 стандартын 5.2.3, ДЭМБ-ын зөвлөмж "Лабораторийн биоаюулгүй ажиллагааны гарын авлага-4",	Химийн бодисыг хадгалахдаа бодисуудын нийцэх ба үл нийцэх, урвалд орох болон тогтвортой байх чанаруудыг харгалздаг.	0	5		
30		Уусмалуудыг босоо хүний толгойноос дээш өндөрт хадгалаагүй	0	5		
31		Химийн бодисыг хэт халуун эсвэл нарны гэрэл шууд тусахааргүй газар хадгалсан.	0	5		
32		Ууршилтаас урьдчилан сэргийлж, химийн бодисыг найдвартай тагладаг.	0	5		
33	БОАЖС, ЭМС, ОБЕГ-ын даргын хамтарсан 28/40/29 дүгээр тушаалын 3.1.1.1	Химийн хорт болон аюултай бодис нь зориулалтын сав, баглаа боодол, стандартын шаардлага хангасан хаяг, шошготой.	0	5		
<b>4. ЭМА-г халдвараас сэргийлэх, аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагаа</b>			<b>0</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		Ажилтныг ажилд авахдаа эрүүл мэндийн цогц үзлэг, шинжилгээнд хамруулдаг.	0	5		

35	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтын 2.3	Ажилтныг ажилд авахдаа В вирус гепатит сүрьеэ, халдварт саа, сахуу, хөхүүл ханиад, татран зэрэг өвчний дархлаажуулалтад хамрагдсан эсэхийг баталгаажуулдаг.	0	5		
36	Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтын 2.1	Ажилтнуудыг хуваарийн дагуу урьдчилан сэргийлэх үзлэг, дархлаажуулалтад хамруулдаг.	0	5		
37	Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтын 2.6	Өртөлтийн дараах сэргийлэлтийн анхны тусламж үзүүлэхэд шаардлагатай эм, хэрэгслээр /цомог/ хангагдсан.	0	5		
38	ДЭМБ-ын зөвлөмж "Лабораторийн биоаюулгүй ажиллагаа"-3	Зориулалтын хувийн хамгаалах хувцас /халад, бээлий, маск, гутал, нүдний шил, нүүрний хамгаалалт г.м/, хэрэглэлээр хангагдсан, ажлын байранд хэрэглэж хэвшсэн.	0	5		
39		Нян судлалын лабораторид ажиллаж байх үедээ гар утас ашигладаггүй	0	3		
40	ДЭМБ-ын зөвлөмж "Лабораторийн биоаюулгүй ажиллагааны гарын авлага-4"	Лабораторийн биоаюулгүйн чиглэлээр ажлын байранд хийх тасралтгүй сургалтын хөтөлбөр боловсруулж түүний дагуу сургалт хийдэг.	0	3		
41		Аюулгүй ажиллагааны удирдамж, биоаюулгүй ажиллагааны дүрэмтэй танилцаж, сургалтад хамрагдсанаа тусгай маягт бүхий хуудаст гарын үсэг зуран баталгаажуулж, ажилтны хувийн бүртгэлд (CV) хавсаргасан	0	3		
<b>НИЙТ ОНОО</b>			<b>0</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ҮНЭЛГЭЭ</b>			<b>0</b>	<b>220</b>	..... эрсдэлтэй	..... эрсдэлтэй

>=50%  
[30%-49%]  
<=29%

*Их эрсдэлтэй*  
*Дунд эрсдэлтэй*  
*Бага эрсдэлтэй*

**В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ**

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
		<b>а/ Акт</b> •Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон •Түр зогсоосон •Сэргээсэн •Нөхөн төлбөр тогтоосон •Шинжилгээний дээж авсан •Устгасан •Хураасан <b>б/ Албан шаардлага</b> •Заалтын тоо <b>в/ Дүгнэлт</b> •Үйл ажиллагааны •Ажлын байрны •Бүтээгдэхүүний <b>г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс</b> /төгрөг, ш, л, кг.../ <b>д/Нөхөн төлбөр</b> <b>е/Торгууль, шийтгэвэр</b> •Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн дүн •Иргэнд тоо/мөнгөн дүн •Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн		
<b>БАТАЛГААЖУУЛАЛТ</b>				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

**Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ**

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20\_\_он \_\_ сар \_\_ өдөр, \_\_ цаг \_\_ мин;

Дууссан: 20\_\_он \_\_ сар \_\_ өдөр, \_\_ цаг \_\_ мин;

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
<b>БАТАЛГААЖУУЛАЛТ</b>				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар: