



**№3.1.4.ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ
ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо:/.../..

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
	1	2	3	4	5	6
Нэг. Эрүүл мэндийн ажилтаны хүний нөөц			0	75	0	0
1	Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн бүтэц үйл ажиллагаа MNS 6330:2017, Нэгдсэн эмнэлгийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5095:2017 стандартуудын 14.3.1, А2 хавсралтын 8 дах заалтууд, Амаржих газрын бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6188: 2010 стандартын А хавсралт, Клиникийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6330:2017 стандартуудын 14.3.1	Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер орон тоогоор ажиллаж, техникийн засвар үйлчилгээ, аюулгүй байдлыг хариуцдаг	0	30		

2	6673:2017 стандартын 11.1.1 заалт /энэ заалт нь ЭТТ-ийн хүчин чадал, тоо ширхэг, үйлчлэх хүрээнээс хамааралтай/, Тусгай мэргэжлийн төвийн бүтэц үйл ажиллагаа 1-р хэсэг Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төв MNS 6674:2017 стандартын 16.2.1, Тусгай мэргэжлийн төвийн бүтэц үйл ажиллагаа 3-р хэсэг Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв MNS 6675:2017 стандартын 12.2.1 заалтууд	Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн техникч орон тоогоор ажиллаж, урьдчилан сэргийлэх үзлэг, урсгал засварыг гүйцэтгэдэг	0	15		
3	Эрүүл мэнд, спортын сайдын 2015 оны 112 дугаар тушаалын В4 хэсэг	Гемодиализийн аппаратын засвар үйлчилгээг мэргэшсэн /үнэмлэхтэй/ техникч гүйцэтгэдэг	0	10		
4	Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 20.2.2 дахь заалт, Сувиллын бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5232: 2013 стандартын 10.2, 10.3.1 заалтууд	Сувиллын цогцолбор нь эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер орон тоогоор ажилладаг. /эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн тоо 50-аас доош бол хавсарч болно/	0	10		
5		Сувилал нь эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн гэрээт инженертэй	0	10		
Хоёр. Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн хангамж, ашиглалт, технологийн мөрдөлт			0	165	0	0
6	MNS 6330:2017, MNS 5095:2017 стандартуудын В, MNS 6188: 2010 стандартын хавсралт 2, MNS 6674:2017, MNS 6675:2017 стандартуудын В хавсралт.	Эмнэлэг нь холбогдох бүтэц, үйл ажиллагааны стандартын В, С хавсралтад заагдсан эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмжийн хангамж нь 85 хувиас доошгүй хувьд хамрагдсан	0	10		
7	MNS 6673-2017 стандартын В, MNS 5081:2013 стандартын С хавсралт, MNS 5292-2017 стандартын 33.2.8 заалт	Эмнэлэг нь холбогдох бүтэц, үйл ажиллагааны стандартын В, С хавсралтад заагдсан эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмжийн хангамж нь 80 хувьд хангагдсан	0	5		
8	Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 28.4.3 дахь заалт, MNS 6330:2017, MNS	Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг үйлдвэрлэгчээс гаргасан ашиглалтын гарын авлага болон холбогдох аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журмын дагуу зохих сургалтад хамрагдсан эмнэлгийн ажилтан ашигладаг	0	10		
9	5095:2017 стандартуудын 16.4.2, 16.4.3 заалтууд, В	Дефибриллятор	0	10		
10	хавсралт, MNS 6188: 2010	Хяналтын монитор	0	10		
11	стандартын 32.2.3 заалт, хавсралт 2, MNS 5081:2013	Зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат	0	10		
12	стандартын 12.9.3.1 заалт. С	Амьсгалын аппарат	0	10		

13	хавсралт, MNS 5292-2017	Унтуулгын аппарат	болон аюулгүй ажиллагааны зааврыг монгол хэл дээр бичсэн, эмнэлгийн мэргэжилтэн мөрдөж, ашигладаг	0	10		
14	стандартын 33.2.2 заалт, В	Коагулятор		0	10		
15	хавсралт, MNS 6673-2017	Гемодиализийн аппарат		0	10		
16	стандартын 13.4.2, 13.4.2 заалтууд, В хавсралт. MNS 6674:2017	Ариутгалын автоклав		0	10		
17	стандартын 18.4.2, 18.4.3, MNS 6675:2017	Хэт авиа оношилгооны аппарат		0	10		
18	стандартын 14.4.2, 14.4.3 заалтууд	Шүдний өрмийн машин		0	10		
19		Автомат тариурын шахуурга	0	10			
20		Лаборатори нь өөрийн үйл ажиллагааны чиглэлд шаардагдах бүхий л төрлийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон	0	10			
21	Эрүүл мэндийн лаборатори-Чанар ба чадавхид тавих шаардлага MNS ISO 15189- 2015	Биохимийн анализатортой, хэвийн ажиллагаатай, ажиллуулах болон аюулгүй ажиллагааны зааврыг монгол хэл дээр бичсэн, эмнэлгийн ажилтан зааврыг дагаж мөрддөг	0	10			
22	стандартын 15.3.1.1	Шээсний анализатортой, хэвийн ажиллагаатай, ажиллуулах болон аюулгүй ажиллагааны зааврыг монгол хэл дээр бичсэн, эмнэлгийн ажилтан зааврыг дагаж мөрддөг	0	10			
Гурав. Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ				0	88	0	0
23	MNS 6330:2017, MNS 5095:2017	Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер, техникч, гэрээт инженер нь засвар үйлчилгээг батлагдсан хуваарь, төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэдэг	0	15			
24	стандартуудын 14.3.3, MNS 6188: 2010	Дурангийн иж бүрдэл нь	техник ашиглалтын паспорттой, инженер засвар үйлчилгээ хийж, тэмдэглэдэг	0	5		
25	стандартын 32.1.3, 32.2.1, MNS5081:2013	Хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч нь		0	5		
26	стандартын 11.3.2- 11.3.4, MNS 5292-2017	Зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат нь		0	5		
27	стандартын 33.2.5, 33.2.6, MNS 6673-2017	Авторефрактометр нь		0	5		
28	стандартын 11.1.1, 11.1.3, MNS 6674:2017	Центрфуг нь		0	5		
29	стандартын 16.2.1, MNS 6675:2017	Коагулятор нь	0	5			
30	стандартуудын 12.2.1 заалтууд	Эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмжийн засварыг тоноглогдсон тусгай өрөөнд гүйцэтгэдэг	0	15			

31	2010 стандартын 32.1.6, 32.1.7, MNS 6673-2017 стандартын 11.1.7, 11.1.8 заалтууд, MNS	Эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний багаж хэрэгслээр хангагдсан	0	5		
32	6674:2017 стандартын 16.2.7, 16.2.8, MNS 6675:2017 стандартын 12.2.7, 12.2.8, MNS	Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер нь тоног төхөөрөмжийг актлах, урсгал, төлөвлөгөөт засварт оруулах дүгнэлт гаргадаг	0	5		
33	6674:2017 стандартын 16.2.1, MNS 6675:2017 стандартын 12.2.1 заалтууд	Шинээр шаардлагатай байгаа эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийн судалгаа, захиалга, төсвийг гаргаж мөрдөж ажилладаг	0	10		
34	Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 40.2, 40.3 дахь заалтууд,	Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэгч нь баталгаат хугацаа олгож, засвар үйлчилгээ хийж, дагалдах хэрэгсэл, урвалж бодисоор хангадаг /гэрээтэй/	0	3		
35	MNS 6330:2017, MNS 5095:2017 стандартуудын 14.3.4, MNS 6188: 2010 стандартын 32.1.4, MNS 6673-2017 стандартын 11.1.3, MNS 6674:2017 стандартын 16.2.3, MNS 6675:2017 стандартын 12.2.4 заалтууд	Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн нарийн мэргэжлийн засвар үйлчилгээ, угсралт суурилуулалт шаардлагатай тохиолдолд мэргэжлийн байгууллагаар гэрээгээр гүйцэтгүүлдэг.	0	5		
Дөрөв. Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдал, шалгалт тохируулга			0	111	0	0
36	Эрүүл мэндийн тухай	Эмнэлгийн газардуулгын системд мэргэжлийн байгууллагаар хяналт баталгаажуулалт хийлгэсэн.	0	10		
37	хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2.2 дахь заалт, MNS 6330:2017, MNS	УВЧ болон сэргээн засах эмчилгээний цахилгаан аппарат нь	0	10		
38	5095:2017 стандартуудын 14.3.11, MNS 6188: 2010-ын 39.1, MNS	Зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат нь	0	10		
39	5081:2013 стандартын 12.9.3.2, MNS 5292:2017 стандартын 33.2.1, MNS	Коагулятор буюу мэс заслын түлэгч аппарат нь	0	10	газардуул- гад	
40	6673-2017 стандартын 11.1.9, MNS 6674:2017	Гемодиализийн аппарат нь	0	10	холбогдсон	
41	стандартын 16.2.9, MNS 6675:2017 стандартын	Ариутгалын автоклав нь	0	10		
42	12.2.9 заалтууд	Тархи, судасны цахилгаан бичлэгийн аппарат нь	0	10		

43	MNS 6330:2017, MNS 5095:2017 стандартуудын 14.3.12, MNS 6673-2017 стандартын 11.1.10, MNS 6674:2017 стандартын 16.2.10, MNS 6675:2017 стандартын 12.2.10 заалтууд	Цахилгаан хангамж нь тогтвортой, хэлбэлзэлгүй, цахилгааны нөөц эх үүсгүүртэй	0	3		
44	Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2.2 дахь заалт, MNS 6330:2017, MNS 5095:2017 стандартуудын 14.3.13, 16.4.6, MNS 6188:2010 стандартын 39.2, MNS 6673-2017 стандартын 13.4.6 заалтууд	Мэс засал, яаралтай тусламж, лаборатори зэрэг эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээнд нэн шаардлагатай тоног төхөөрөмж нь хүчдэл тогтворжуулан барих төхөөрөмжтэй.	0	3		
45	MNS 6330:2017, MNS 5095:2017 стандартуудын 14.3.13, 16.4.6, MNS 6188:2010 стандартын 39.2, MNS 6673-2017 стандартын 13.4.6 заалтууд	Эмнэлгийн хийн хангамжийн системийн аюулгүй байдлыг мэргэжлийн байгууллагаар хянуулан, баталгаажуулсан	0	5		
46		Цацраг идэвхит үүсгүүрүүдийн ашиглалтын /Компьютерт томограф, рентген аппарат/ аюулгүй байдлыг мэргэжлийн хяналтын байгууллагаар хянуулан, баталгаажуулсан	0	5		
47	Эмнэлгийн лаборатори	Ариутгалын автоклавын тагны жийргэвч резин нь гэмтэлгүй бүрэн таглагддаг, хэвийн ажиллагаатай	0	5		
48	Чанар болон ур чадварт тавигдах онцлог шаардлага MNS ISO 15189:2015 стандартын 5.3.2, 5.3.5, 5.3.4	Лабораторийн шинжилгээний анализаторуудын шалгалт тохируулгыг үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу хяналтын уусмал ашиглан тогтмол хийж, баримтжуулдаг	0	5		
49	MNS 6330:2017, MNS 5095:2017 стандартуудын 14.3.9	Эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмжийн хяналт тохируулгын багаж хэрэгслээр хангагдсан	0	5		
50	MNS 6330:2017, MNS 5095:2017 стандартуудын 14.3.6, 14.3.7, MNS 6188:2010-ын 32.1.5, MNS 5292:2017-ын 33.2.3, 33.2.7, MNS 6673:2017-ын 11.1.5, MNS 5081:2013-ын 11.3.3, MNS 6674:2017-ын 16.2.10, MNS 6675:2017-ын 12.2.10, MNS 6674:2017-ын 16.2.5, 16.2.6, MNS 6675:2017-ын 12.2.5, 12.2.6 заалтууд	Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг шалгалт тохируулга, шалгалт баталгаажуулалтад хамруулдаг	0	5		
51		Шалгалт тохируулга, шалгалт баталгаажуулалт хийлгээгүй, түүнд тэнцээгүй, эсхүл гэмтэлтэй тоног төхөөрөмжийг оношилгоо, эмчилгээнд ашиглахыг хориглодог	0	5		
Тав. Эмнэлгийн мэргэжилтэнүүдэд зориулсан сургалт			0	25	0	0

52	MNS 6330:2017, MNS 5095:2017 стандартуудын 14.3.2, MNS 6188: 2010 стандартын 32.2.4, MNS 6673: 2017 стандартын 11.1.2, MNS 5081: 2013 стандартын 11.3.5, MNS 6674:2017 стандартын 16.2.2, MNS 6675:2017 стандартын 12.2.2 заалтууд	Эрүүл мэндийн байгууллага нь эмнэлгийн мэргэжилтэнүүдэд багаж, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны талаар сургалт явуулдаг	0	10		
53		Инженер, гэрээт инженер нь эмнэлгийн мэргэжилтэнд эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн техникийн аюулгүй ажиллагааны болон анхан шатны үйлчилгээний заавар өгдөг	0	15		
НИЙТ ОНОО			0	464	0	0

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i>
<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>
<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар: