



№3.1.4.ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../...

Шаардлага хангасан
асуултын тоо:

Хууль сахин
мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй
нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх
магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх
магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	
1		2	3	4	5
Нэг. Эрүүл мэндийн ажилтаны хүний нөөц			0	75	0
1	Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн бүтэц үйл ажиллагаа MNS 6330:2017, Нэгдсэн эмнэлгийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5095:2017 стандартуудын 14.3.1, А2 хавсралтын 8 дах заалтууд, Амаржих газрын бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6188:2010 стандартын А хавсралт, Клиникийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6673:2017 стандартын 11.1.1 заалт /энэ заалт нь ЭТТ-	Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер орон тоогоор ажиллаж, техникийн засвар үйлчилгээ, аюулгүй байдлыг хариуцдаг	0	30	

2	ийн хүчин чадал, тоо ширхэг, үйлчлэх хүрээнээс хамааралтай/, Тусгай мэргэжлийн төвийн бүтэц үйл ажиллагаа 1-р хэсэг Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төв MNS 6674:2017 стандартын 16.2.1, Тусгай мэргэжлийн төвийн бүтэц үйл ажиллагаа 3-р хэсэг Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв MNS 6675:2017 стандартын 12.2.1 заалтууд	Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн техникч орон тоогоор ажиллаж, урьдчилан сэргийлэх үзлэг, урсгал засварыг гүйцэтгэдэг	0	15	
3	Эрүүл мэнд, спортын сайдын 2015 оны 112 дугаар тушаалын В4 хэсэг	Гемодиализийн аппаратын засвар үйлчилгээг мэргэшсэн /үнэмлэхтэй/ техникч гүйцэтгэдэг	0	10	
4	Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 20.2.2 дахь заалт, Сувиллын бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5232:2013 стандартын 10.2, 10.3.1 заалтууд	Сувиллын цогцолбор нь эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер орон тоогоор ажилладаг. /эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн тоо 50-аас доош бол хавсарч болно/	0	10	
5		Сувилал нь эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн гэрээт инженертэй	0	10	
Хоёр. Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн хангамж, ашиглалт, технологийн мөрдөлт			0	165	0
6	MNS 6330:2017, MNS 5095:2017 стандартуудын В, MNS 6188:2010 стандартын хавсралт 2, MNS 6674:2017, MNS 6675:2017 стандартуудын В хавсралт.	Эмнэлэг нь холбогдох бүтэц, үйл ажиллагааны стандартын В, С хавсралтад заагдсан эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмжийн хангамж нь 85 хувиас доошгүй хувьд хамрагдсан	0	10	
7	MNS 6673-2017 стандартын В, MNS 5081:2013 стандартын С хавсралт, MNS 5292-2017 стандартын 33.2.8 заалт	Эмнэлэг нь холбогдох бүтэц, үйл ажиллагааны стандартын В, С хавсралтад заагдсан эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмжийн хангамж нь 80 хувьд хангагдсан	0	5	
8	Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 28.4.3 дахь заалт, MNS	Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг үйлдвэрлэгчээс гаргасан ашиглалтын гарын авлага болон холбогдох аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журмын дагуу зохих сургалтад хамрагдсан эмнэлгийн ажилтан ашигладаг	0	10	
9	6330:2017, MNS 5095:2017	Дефибриллятор	Үйлдвэрлэгчээс гаргасан гарын авлага болон аюулгүй ажиллагаан	0	10
10	стандартуудын 16.4.2, 16.4.3 заалтууд, В хавсралт, MNS	Хяналтын монитор		0	10
11	6188: 2010 стандартын 32.2.3 заалт, хавсралт 2, MNS	Зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат		0	10
12	5081:2013 стандартын 12.9.3.1 заалт, С хавсралт, MNS 5292-	Амьсгалын аппарат		0	10
13	2017 стандартын 33.2.2 заалт, В хавсралт, MNS 6673-2017	Унтуулгын аппарат		0	10
14	стандартын 13.4.2, 13.4.2	Коагулятор		0	10
15		Гемодиализийн аппарат		0	10

16	заалтууд, В хавсралт. MNS 6674:2017 стандартын	Ариутгалын автоклав	ы зааврыг монгол хэл дээр	0	10	
17	18.4.2, 18.4.3, MNS 6675:2017 стандартын 14.4.2, 14.4.3 заалтууд	Хэт авиа оношилгооны аппарат	бичсэн, эмнэлгийн мэргэжилтэн мөрдөж, ашигладаг	0	10	
18		Шүдний өрмийн машин		0	10	
19		Автомат тариурын шахуурга		0	10	
20		Лаборатори нь өөрийн үйл ажиллагааны чиглэлд шаардагдах бүхий л төрлийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон		0	10	
21	Эрүүл мэндийн лаборатори-Чанар ба чадавхид тавих шаардлага MNS ISO 15189- 2015 стандартын 15.3.1.1	Биохимийн анализатортой, хэвийн ажиллагаатай, ажиллуулах болон аюулгүй ажиллагааны зааврыг монгол хэл дээр бичсэн, эмнэлгийн ажилтан зааврыг дагаж мөрддөг		0	10	
22		Шээсний анализатортой, хэвийн ажиллагаатай, ажиллуулах болон аюулгүй ажиллагааны зааврыг монгол хэл дээр бичсэн, эмнэлгийн ажилтан зааврыг дагаж мөрддөг		0	10	
Гурав. Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ				0	88	0
23	MNS 6330:2017, MNS 5095:2017 стандартуудын 14.3.3, MNS 6188: 2010	Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер, техникч, гэрээт инженер нь засвар үйлчилгээг батлагдсан хуваарь, төлөвлөгөөний дагуу		0	15	
24	стандартын 32.1.3, 32.2.1, MNS5081:2013 стандартын	Дурангийн иж бүрдэл нь	техник	0	5	
25	11.3.2- 11.3.4, MNS 5292-2017 стандартын	Хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч нь	ашиглалтын паспорттой,	0	5	
26	33.2.5, 33.2.6, MNS 6673-2017 стандартын 11.1.1, 11.1.3,	Зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат нь	инженер засвар үйлчилгээ хийж,	0	5	
27	MNS 6674:2017 стандартын 16.2.1, MNS 6675:2017	Авторефрактометр нь	тэмдэглэдэг	0	5	
28	стандартын 12.2.1 заалтууд	Центрфуг нь		0	5	
29		Коагулятор нь		0	5	
30	MNS 6330:2017, MNS 5095:2017 стандартуудын 14.3.8, 14.3.9, MNS 6188: 2010	Эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмжийн засварыг тоноглогдсон тусгай өрөөнд гүйцэтгэдэг		0	15	
31	стандартын 32.1.6, 32.1.7, MNS 6673-2017 стандартын 11.1.7, 11.1.8 заалтууд, MNS 6674:2017 стандартын 16.2.7, 16.2.8, MNS 6675:2017	Эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний багаж хэрэгслээр хангагдсан		0	5	
32	стандартын 12.2.7, 12.2.8, MNS 6674:2017 стандартын	Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер нь тоног төхөөрөмжийг актлах, урсгал, төлөвлөгөөт засварт оруулах дүгнэлт гаргадаг		0	5	

33	16.2.1, MNS 6675:2017 стандартын 12.2.1 заалтууд	Шинээр шаардлагатай байгаа эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийн судалгаа, захиалга, төсвийг гаргаж мөрдөж ажилладаг	0	10	
34	Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 40.2, 40.3 дахь заалтууд,	Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэгч нь баталгаат хугацаа олгож, засвар үйлчилгээ хийж, дагалдах хэрэгсэл, урвалж бодисоор хангадаг /гэрээтэй/	0	3	
35	MNS 6330:2017, MNS 5095:2017 стандартуудын 14.3.4, MNS 6188: 2010 стандартын 32.1.4, MNS 6673-2017 стандартын 11.1.3, MNS 6674:2017 стандартын 16.2.3, MNS 6675:2017 стандартын 12.2.4 заалтууд	Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн нарийн мэргэжлийн засвар үйлчилгээ, угсралт суурилуулалт шаардлагатай тохиолдолд мэргэжлийн байгууллагаар гэрээгээр гүйцэтгүүлдэг.	0	5	
Дөрөв. Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдал, шалгалт тохируулга			0	111	0
36		Эмнэлгийн газардуулгын системд мэргэжлийн байгууллагаар хяналт баталгаажуулалт хийлгэсэн.	0	10	
37	Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2.2 дахь заалт, MNS 6330:2017, MNS 5095:2017	УВЧ болон сэргээн засах эмчилгээний цахилгаан аппарат нь	газардуул-гад холбогдсон	0	10
38	стандартуудын 14.3.11, MNS 6188: 2010-ын 39.1, MNS	Зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат нь		0	10
39	5081:2013 стандартын 12.9.3.2, MNS 5292:2017 стандартын 33.2.1, MNS 6673-2017	Коагулятор буюу мэс заслын түлэгч аппарат нь		0	10
40	стандартын 11.1.9, MNS 6674:2017 стандартын 16.2.9,	Гемодиализийн аппарат нь		0	10
41	MNS 6675:2017 стандартын 12.2.9 заалтууд	Ариутгалын автоклав нь		0	10
42		Тархи, судасны цахилгаан бичлэгийн аппарат нь		0	10
43	MNS 6330:2017, MNS 5095:2017 стандартуудын 14.3.12, MNS 6673-2017 стандартын 11.1.10, MNS 6674:2017 стандартын 16.2.10, MNS 6675:2017 стандартын 12.2.10 заалтууд	Цахилгаан хангамж нь тогтвортой, хэлбэлзэлгүй, цахилгааны нөөц эх үүсгүүртэй	0	3	
44	Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2.2 дахь заалт,	Мэс засал, яаралтай тусламж, лаборатори зэрэг эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээнд нэн шаардлагатай тоног	0	3	
45	MNS 6330:2017, MNS 5095:2017 стандартуудын	Эмнэлгийн хийн хангамжийн системийн аюулгүй байдлыг мэргэжлийн байгууллагаар хянуулан,	0	5	

46	14.3.13, 16.4.6, MNS 6188: 2010 стандартын 39.2, MNS 6673-2017 стандартын 13.4.6 заалтууд	Цацраг идэвхит үүсгүүрүүдийн ашиглалтын /Компьютерт томограф, рентген аппарат/ аюулгүй байдлыг мэргэжлийн хяналтын байгууллагаар хянуулан, баталгаажуулсан	0	5	
47	Эмнэлгийн лаборатори - Чанар болон ур чадварт	Ариутгалын автоклавын тагны жийргэвч резин нь гэмтэлгүй бүрэн таглагддаг, хэвийн ажиллагаатай	0	5	
48	тавигдах онцлог шаардлага MNS ISO 15189:2015 стандартын 5.3.2, 5.3.5, 5.3.4	Лабораторийн шинжилгээний анализаторуудын шалгалт тохируулгыг үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу хяналтын уусмал ашиглан тогтмол хийж, баримтжуулдаг	0	5	
49	MNS 6330:2017, MNS 5095:2017 стандартуудын 14.3.9	Эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмжийн хяналт тохируулгын багаж хэрэгслээр хангагдсан	0	5	
50	MNS 6330:2017, MNS 5095:2017 стандартуудын 14.3.6, 14.3.7, MNS 6188: 2010-ын 32.1.5, MNS 5292: 2017-ын 33.2.3, 33.2.7, MNS 6673: 2017-ын 11.1.5, MNS 5081: 2013-ын 11.3.3, MNS 6674:2017-ын 16.2.10, MNS 6675:2017-ын 12.2.10, MNS 6674:2017-ын 16.2.5, 16.2.6, MNS 6675:2017-ын 12.2.5, 12.2.6 заалтууд	Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг шалгалт тохируулга, шалгалт баталгаажуулалтад хамруулдаг	0	5	
51	MNS 6674:2017-ын 16.2.10, MNS 6674:2017-ын 16.2.5, 16.2.6, MNS 6675:2017-ын 12.2.5, 12.2.6 заалтууд	Шалгалт тохируулга, шалгалт баталгаажуулалт хийлгээгүй, түүнд тэнцээгүй, эсхүл гэмтэлтэй тоног төхөөрөмжийг оношилгоо, эмчилгээнд ашиглахыг хориглодог	0	5	
Тав. Эмнэлгийн мэргэжилтэнүүдэд зориулсан сургалт			0	25	0
52	MNS 6330:2017, MNS 5095:2017 стандартуудын 14.3.2, MNS 6188: 2010 стандартын 32.2.4, MNS 6673: 2017 стандартын 11.1.2, MNS 5081: 2013 стандартын 11.3.5, MNS 6674:2017 стандартын 16.2.2, MNS 6675:2017 стандартын 12.2.2 заалтууд	Эрүүл мэндийн байгууллага нь эмнэлгийн мэргэжилтэнүүдэд багаж, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны талаар сургалт	0	10	
53	MNS 6674:2017 стандартын 16.2.2, MNS 6675:2017 стандартын 12.2.2 заалтууд	Инженер, гэрээт инженер нь эмнэлгийн мэргэжилтэнд эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн техникийн аюулгүй ажиллагааны болон анхан шатны үйлчилгээний заавар өгдөг	0	15	
НИЙТ ОНОО			0	464	0

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан
/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/

<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар:

|