



**№3.20.2.КЛИНИКИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ ХАЛДВАР
ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН
ХУУДАС**

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../...

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	
	1	2	3	4	5
1. Барилга байгууламж, орчны эрүүл ахуйн шаардлага			0	58	0
1	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1, MNS 6392:2013 стандартын 4.2.1, Клиникийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6673:2017 стандартын 12.1.1	Клиник /лаб/ нь зориулалтын байртай /зориулалтын дагуу ашигладаг/	0	10	
2	Клиникийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6673:2017 стандартын 12.1.1	Ажлын байрны дотор хана, таазны будаг шохой ховхроогүй, ан цавгүй, тоос тортоггүй, цэвэрлэгээ халдваргүйтгэл хийхэд тохиромжтой	0	3	
3	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 5.1	Усан хангамж нь төвлөрсөн болон хэсгийн системд холбогдсон	0	3	
4	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 6.1	Ариун цэврийн байгууламж нь төвлөрсөн системд холбогдсон	0	3	
5	Клиникийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6673:2017 стандартын С хавсралтын С1.	Клиник нь заавал байх болон бусад шаардлагатай өрөө тасалгаагаар хангагдсан	0	5	

6	Клиникийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6673:2017 стандартын С хавсралтын С2-С7.	Өрөө, тасалгаануудын талбайн хэмжээ хүрэлцээтэй	0	5	
7	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 4.4.2	Тасаг, кабинетын өрөөний хэм стандартад заасан шаардлагыг хангасан	0	3	
8	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 4.5.4	Мэс заслын өрөө 1500-3000 люкс, мэс ажилбарын талбай 3000-6000 люкс гэрэлтүүлэгтэй	0	3	
9	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 4.5.4.	Эмчлүүлэгчийн өрөө 60 люкс, үзлэгийн өрөө 100 люкс бүхий флуоросценцийн гэрэлтүүлэгтэй	0	3	
10	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 4.4.4	Лаборатори, сэргээн засах эмчилгээ, угаалга, ариутгал зэрэг газрууд нь бохир агаарыг зайлуулж, гадна агаарыг цэвэрлэж, чийглэдэг иж бүрэн агааржуулалтын механик болон автомат системтэй, хэвийн ажилладаг	0	5	
11	Нүхэн жорлон, угаадасны нүх. Техникийн шаардлага MNS 5924:2015 стандартын 7-р зүйл	Цэвэр, бохир усны системд холбогдоогүй тохиолдолд эрүүл ахуйн шаардлага хангасан бие засах газартай	0	5	
12	Нүхэн жорлон, угаадасны нүх. Техникийн шаардлага MNS 5924:2015 стандартын 7-р зүйл.	Бохирын цооног /угаадасны нүх/ нь эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	5	
13	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.3	Байгууллагын гадна орчны 50м хүртэлх газрын хог хаягдлыг цэвэрлэж, ногоон байгууламжийн арчилгааг хийсэн, халтиргаа гулгаагүй, цэвэрхэн	0	5	
2. Халдварын сэргийлэлт, хяналтын үйл ажиллагаа			0	30	0
14	ЭМС-ын 2014 оны 186-р тушаалын I хавсралтын 5.1.6	Халдвар хяналтын ажилтантай	0	3	
15	ЭМС-ын 2014 оны 186-р тушаалын I хавсралтын 5.1.2	Үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон ЭТҮХХ, ХСХ-ын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажилладаг	0	3	
16	ЭМС-ын 2014 оны 186-р тушаалын I хавсралтын 5.1.7	ЭТҮХХ-аас сэргийлэх чиглэлээр эмч, мэргэжилтнүүдэд сургалт хийж, мэргэжил арга зүйн зөвлөлгөөгөөр хангаж ажилладаг	0	3	

17	Клиникийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6673:2017 стандартын 13.1.1, ЭМС-ын 2017 оны A/169 дүгээр тушаалын I хавсралт	Халдварын сэргийлэлт, хяналтын чиглэлээр батлагдсан дотоод хяналтын үнэлгээний хуудсуудаар үйл ажиллагаагаа үнэлж, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаж хэвшсэн	0	5	
18	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын III хавсралт	Ажилтнууд хувийн хамгаалах хувцас, хэрэгслийг зориулалтын дагуу, зөв хэрэглэдэг	0	3	
19	Клиникийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6673:2017 стандартын 13.1.3, ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын VI хавсралт, VIII дугаар хавсралтын 3.3, 3.4	Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний нэг удаагийн зориулалтын багаж, материалыг хэрэглэдэг, давтан хэрэглэхээс сэргийлж нөөцийг бүрдүүлсэн	0	5	
20	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын VII хавсралтын 1.3	Олон Улсын Эрүүл мэндийн дүрмээр зохицуулагддаг халдварт өвчин, тархах эрсдэл өндөртэй, өндөр хоруу чанартай үүсгэгчээр үүсгэгдсэн халдвартай үйлчлүүлэгчийг тусгаарлах боломжтой.	0	3	
21	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын XII хавсралтын 6.1, 2 дугаар хавсралтын 6.6.	Эрүүл зүйн нян судлалын шинжилгээг эрсдэл бүхий тасаг нэгжид тодорхой давтамжтайгаар хийж, үнэлгээ дүгнэлт өгдөг	0	5	
3. Гарын эрүүл ахуй			0	23	0
22	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 4.2.12	Мэс ажилбар, гемодиализ, тарианы, үзлэг, эмчилгээний зэрэг өрөө болон ариун цэврийн өрөөнд мэдрэгчтэй эсвэл хөл, тохойг ашиглан нээж хаах ажиллагаатай гарын угаалтууртай	0	5	
23	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын I хавсралтын 1.2	Гар угаахад нянгийн эсрэг шингэн саван, спиртэн суурьтай халдваргүйжүүлэх бодисыг хэрэглэдэг, нөөцтэй	0	5	
24	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын I хавсралтын 1.2.	Гар угаахад олон хэрэглээтэй даавуун алчуур, гар хатаагч сэнсийг ашигладаггүй	0	5	
25	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын I хавсралтын 1.3	Гар угаах дараалал, санамж, анхааруулга бүхий зурагт хуудсыг гарын угаагуур бүрийн дэргэд байрлуулсан	0	3	
26	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын I хавсралтын 2.1	Эрүүл мэндийн ажилтан ажил, үүргээ гүйцэтгэхдээ 5 мөчид гарыг угааж, халдваргүйтгэдэг	0	5	
4. Угаалга, цэвэрлэгээ			0	21	0

27	Клиникийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6673:2017 стандартын 11.3.2, ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын IX хавсралтын 2.1	Угаалгын газар нь нэг чигийн урсгалтай, бохир, цэвэр хэсэгтэй	0	3	
28	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 7.2	Эмч ажилчдын хувцсыг нэгдсэн угаалгын хэсэгт угаадаг	0	3	
29	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын IX хавсралтын 2.2	Угаалгын газар ус хангамжийн төвлөрсөн системд холбогдоогүй бол угаалгын үйлчилгээнд хүрэлцэхүйц ус нөөцлөх савтай, ус зөөвөрлөх, халаах хэрэгслээр хангагдсан	0	3	
30	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын V хавсралтын 2.9	Цэвэрлэгээний материалыг өнгөөр ялгаж, хэрэглэдэг	0	3	
31	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын V хавсралтын 2.11	Цэвэрлэгээг хийх батлагдсан хуваарьтай, А, В, С бүсэд хуваан бүсэд тохирсон цэвэрлэгээ хийдэг	0	3	
32	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 7.1.5	Үйлчлэгч нар цэвэрлэгээ хийсэн тухай тэмдэглэгээг тусгай хуудсан дээр тэмдэглэж, хананд байрлуулсан	0	3	
33	Клиникийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6673:2017 стандартын 10.1.9, ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын V хавсралтын 3.2	Асгарсан, цацагдсан цус, биологийн шингэнийг халдваргүйжүүлэн цэвэрлэх иж бүрдлийг бэлтгэсэн	0	3	
5. Ариутгал, халдваргүйтгэл			0	79	0
34	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 3.4	Ариутгалын хэсэг нь 3-5 өрөөтэй, үйл ажиллагааны нэг чигийн урсгалтай.	0	5	
35	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 3.6	Ариутгалын хэсгийн өрөөний шал нь резинэн хулдаастай	0	3	
36	Клиникийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6673:2017 стандартын 11.2.2	Ариутгал халдваргүйтгэлийн үйл ажиллагаанд холбогдох журам, заавар, удирдамжийг мөрдөн ажилладаг	0	5	
37	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 3.10	Ариутгалын хэсэг нь тусламж, үйлчилгээний төрөл, багаж материалын тоо, овор хэмжээнээс хамааран ариутгалын тоног төхөөрөмжүүдээр бүрэн хангагдсан, баталгаажуулсан	0	3	
38	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 3.12	Автоклавын даралт, хэмийн хэмжүүрийг баталгаажуулсан. /Автомат программтай автоклавт хамаарахгүй/	0	3	

39	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 4.2	Ариутгалын тасаг хэсэгт ажиллах эмнэлгийн мэргэжилтэн нь халдварын сэргийлэлт, халдваргүйтгэл, ариутгал, шавжгүйтгэл, мэрэгчгүйтгэлийн чиглэлээр сургалтанд хамрагдсан гэрчилгээтэй	0	3	
40	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 6.7	Ариутгалын чанарыг химийн болон техникийн хяналтаар өдөр бүр шалгадаг	0	3	
41	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 6.5	Ариутгалын чанарыг биологийн индикатороор улиралд нэг удаа шалгадаг	0	5	
42	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын X хавсралт	Дурангийн ариутгал хийх зориулалтын машинтай, хэвийн ажиллагаатай	0	3	
43	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын XII хавсралтын 6.6.1, 6.7	Хөндлөнгийн хяналтын эрүүл зүйн шинжилгээгээр цэвэрлэгээ, халдваргүйтгэл, ариутгалын чанар шаардлага хангасан	0	15	
44	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 3.2	Ариутгалын хэсгийг зохион байгуулах боломжгүй бол мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх гэрээтэй /Гэрээ, хүлээлгэн өгсөн, хүлээн авсан бүртгэлтэй/	0	3	
45	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 5 дугаар зүйл	Ариутгасан материалын хадгалах хугацааг баримталж хадгалсан	0	10	
46	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 5 дугаар зүйлийн 1	Халдварын эрсдэл багатай гэмтээгүй арьс салсттай хүрэлцдэг багаж, хэрэгслийг (бумба, ванн) халдваргүйжүүлэх бодистой бүлээн усанд сайтар угааж, цэвэр усаар зайлж хатаан, халдваргүйтгэдэг	0	3	
47	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 5-р зүйлийн 2	Чагнуур, халууны шил, даралтны аппарат, чанд авиа болон физик эмчилгээний тоног төхөөрөмжийн датчик зэргийг 70 хувийн спирт болон зориулалтын халдваргүйжүүлэх бодисоор цэвэрлэж арчдаг	0	3	
48	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 7.2	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн, тухайн онд хэрэглэх химийн бодисын жагсаалтад орсон химийн бодисыг ариутгал, халдваргүйтгэлд хэрэглэдэг, нөөцтэй	0	3	

49	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 7.1.5, ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 4.12, 7.4	Эмнэлэгт хэрэглэх халдваргүйтгэлийн бодисыг зааврын дагуу бэлтгэж, бодисын үйлчлэх хугацааг мөрддөг	0	3	
50	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 10.1	Шавжгүйтгэл, мэрэгчгүйтгэлийг жилд 2-оос доошгүй удаа хийлгэсэн	0	3	
51	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 10.4, 10.6	Барилга нь шавж, мэрэгч болон бусад амьтан нэвтрэхээс хамгаалагдсан, ан цав, нүх цоорхойгүй /цонхны онгойдог хэсгүүд торон хаалттай/	0	3	
6. Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай хог хаягдлын менежмент			0	27	0
52	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 3.5	Хог хаягдлын уут, савыг байршуулсан газарт ангилан ялгалтын заавар байрлуулсан	0	3	
53	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 2,3,4 дүгээр зүйл	Хог хаягдлыг цуглуулах уут, сав /өнгийн уут, хогийн сав, уут тогтоогч, аюулгүй хайрцаг/ нь хог хаягдлын ангилалд тохирох шаардлага хангасан, тэмдэг тэмдэглэгээтэй, хүрэлцээтэй	0	3	
54	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын I хавсралт	Ангилан ялгалтын зааврын дагуу зөв ангилж цуглуулсан	0	5	
55	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 1.3	Ууттай хог хаягдлыг түр хадгалах цэг хүртэл зөөвөрлөхдөө тагтай, бариултай, "Биоаюултай" таних тэмдэг бүхий саванд хийдэг	0	3	
56	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 5.4, 5.5	Хог хаягдлыг түр хадгалах цэг нь эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын шаардлага хангасан	0	5	
57	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 5.4.11	Хог хаягдал устгах нэгдсэн байгууламжгүй орон нутгийн эмнэлгийн түр хадгалах байр нь халдвартай хог хаягдлыг халдваргүйжүүлэх хэсэгтэй ба хог хаягдлыг халдваргүйжүүлдэг	0	5	
58	ЭМС-ын 2011 оны 359-р тушаалын III хавсралт	Дархлаажуулалтын кабинетад хэрэглэсэн зүү тариур, үлдэгдэл вакциныг устгасан тухай бүрт тэмдэглэл хөтөлдөг	0	3	
7. Эрүүл мэндийн ажилтныг халдвараас сэргийлэх арга хэмжээ			0	18	0
59	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын IV хавсралтын 2 дугаар зүйл	Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг тархвар судлалын заалтаар болон сайн дурын хэлбэрээр дархлаажуулах ажлыг зохион байгуулсан	0	3	

60	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын IV хавсралтын 2.3, Эмнэлзүйн лабораторийн аюулгүй ажиллагаа MNS 6616:2016 стандартын 10.1, 10.2	Шинээр орох ажилтныг сүрьеэ, халдварт саа, сахуу, хөхүүл ханмад, татран, вируст гепатит В-ийн дархалаажуулалтад хамрагдсан эсэхийг баталгаажуулдаг.	0	3	
61	Клиникийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6673:2017 стандартын 13.3.3	Ажилтныг жил бүр сүрьеэ, вируст гепатит В,С илрүүлэх шинжилгээнд хамруулж, холбогдох арга хэмжээг авдаг	0	3	
62	ЭМС-ын 2014 оны 186 дугаар тушаалын I хавсралтын 5.1.17	Дадлагын оюутан, дадлагажигч эмч нарыг урьдчилан сэргийлэх шинжилгээ болон дархлаажуулалтад хамруулсаны дараа эмнэл зүйн дадлага хийлгэдэг.	0	3	
63	Клиникийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6673:2017 стандартын 10.1.9, Эмнэлзүйн лабораторийн аюулгүй ажиллагаа MNS 6616:2016 стандартын 5.4.3, ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын 4 дүгээр хавсралтын 2.6	Бүх, тасаг нэгжийг өртөлтийн дараах сэргийлэлтийн анхны тусламж үзүүлэхэд шаардлагатай эм, хэрэгсэл бүхий цомгоор хангасан	0	3	
64	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын IV хавсралтын 2.7	Ажилтан цусаар дамжих халдварын эрсдэлд өртсөн үед өртөлтийн дараах сэргийлэлтийн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн	0	3	
8. Тусламж, үйлчилгээний төрлөөс хамаарсан тусгай шаардлага			0	75	0
8.1 Гемодиализийн тусламж, үйлчилгээ			0	37	0
65	ЭМСС-ын 2015 оны 112 дугаар тушаалын Б.1.1	Диализын 1 оронд 9-12м2 талбай ногддог.	0	3	
66	ЭМСС-ын 2015 оны 112 дугаар тушаалын Б.1.1.	Эмчийн, үзлэгийн, хүлээлгийн, ус цэвэршүүлэх төхөөрөмжийн болон ариун цэврийн өрөө, эм урвалж, тоног төхөөрөмж хадгалах зэрэг өрөөнүүдтэй	0	3	
67	ЭМСС-ын 2015 оны 112 дугаар тушаалын Б.1.1 -	Диализын аппарат бүрийн дэргэд гар халдваргүйжүүлэх уусмалтай	0	3	
68	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын XI хавсралтын 7.5	Усны системийн шүүлтүүрүүдийг үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу тогтоосон хугацаанд сольдог	0	3	
69	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын XI хавсралтын 7.10 ЭМСС-ын 2015 оны 112 дугаар тушаалын 3.3	Цэвэршүүлсэн усны нян судлалын шинжилгээг сар бүр хийж, үнэлгээ өгдөг	0	5	
70	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын XI хавсралтын 7.10, ЭМСС-ын 2015 оны 112 дугаар тушаалын 3.6	Диализын уусмалд нян судлалын шинжилгээг тогтмол хийж, үнэлгээ өгдөг	0	5	

71	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын XI хавсралтын 7.4	Гемодиализын аппаратыг эмчилгээ бүрийн дараа халдваргүйтгэдэг	0	3	
72	ЭМСС-ын 2015 оны 112 дугаар тушаалын 3.3	Ус цэвэршүүлэлтийн системд сар бүр халдваргүйтгэлийг хийдэг	0	3	
73	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын XI хавсралтын 7.1	Диализ хийлгэж байгаа үйлчлүүлэгчдийн дунд хэсэг газрын халдвар илрүүлэх тандалтыг хийдэг	0	3	
74	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын XI хавсралтын 7.8	Эмчилгээнд анх ирж буй үйлчлүүлэгчид эмчилгээ эхлэхийн өмнө гепатит В, С, ванкомицинд тэсвэртэй энтерококк, MRSA илрүүлэх шинжилгээнд хамруулсан	0	3	
75	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын XI хавсралтын 7.9	Байнгын үйлчлүүлэгчдэд ВГС илрүүлэх шинжилгээнд 6 сар тутамд хамруулдаг	0	3	
8.2 Шүдний тусламж, үйлчилгээ			0	38	0
76	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын VIII хавсралтын 2.6	Жижиг мэс ажилбар, имплант хийх эмнэлэг нь шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслээр хангагдсан мэс ажилбарын өрөөтэй	0	3	
77	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын VIII хавсралтын 1.4	Насанд хүрэгсдийнхээс тусдаа хүүхдэд зориулсан орчинг бүрдүүлсэн хүүхдийн үзлэг, эмчилгээний өрөөтэй	0	5	
78	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын VIII хавсралтын 1.5	Үзлэг, эмчилгээний өрөөнд багаж, материал, эм, эмнэлгийн хэрэгслийг зориулалтын шүүгээ, саванд хадгалдаг	0	3	
79	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын VIII хавсралтын 2.3	Үзлэгийн өрөөг 3 бүсээр ангилан, халдварын эсрэг дэглэмийг баримтлан ажилладаг	0	3	
80	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын VIII хавсралтын 2.5	Гадаргуугийн хамгаалалтыг солих боломжгүй хүрэлцэх гадаргуунуудад гадаргуугийн наалтыг нэг удаагаар хэрэглэдэг	0	3	
81	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын VIII хавсралтын 1.8	Өрмийн төхөөрөмжид холбогдсон шугам нь ус шүүгчтэй эсвэл шүүсэн усыг хэрэглэдэг	0	3	
82	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын VIII хавсралтын 5.2	Өрмийн төхөөрөмжид холбогдсон усны шугамын цэвэршүүлэгчээр гарсан усны чанарт дотоод хяналт тавьдаг	0	3	
83	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын XII хавсралтын 6.6.1, 6.7	Хөндлөнгийн хяналтын нян судлалын шинжилгээгээр шүдний багаж, хэрэгслийн ариутгалын чанар нь шаардлага хангасан	0	15	
9. Лаборатори			0	43	0

84	Эмнэлзүйн лабораторийн аюулгүй ажиллагаа MNS 6616:2016 стандартын 5.3, 5.3.2, 5.51, 5.5.2, 5.5.3	Лабораторийн ажлын өрөөнүүд цэвэрхэн, тухайн өрөөнд хийгдэх ажилд хамааралгүй /хоол унд, аяга, гар цүнх, гадуур хувцас, гоо сайхны г.м/ эд зүйлсгүй	0	5	
85	Эмнэлзүйн лабораторийн аюулгүй ажиллагаа MNS 6616:2016 стандартын 4.2.1	Лабораторийн өрөө бүрт гар угаах нөхцөл бүрдүүлсэн	0	10	
86	Эмнэлзүйн лабораторийн аюулгүй ажиллагаа MNS 6616:2016 стандартын 4.2.1	Нян судлалын лабораторийн гарах хаалганы дэргэд гар угаах тосгуур байрлуулсан	0	5	
87	Эмнэлзүйн лабораторийн аюулгүй ажиллагаа MNS 6616:2016 стандартын 5.1.1.3	Биоаюулгүйн кабинетын шүүлтүүрийг үйлдвэрлэгчээс тогтоосон хугацаанд тогтмол сольдог	0	10	
88	Эмнэлзүйн лабораторийн аюулгүй ажиллагаа MNS 6616:2016 стандартын 6.3.3.6	Химийн бодисыг хадгалахдаа бодисуудын нийцэх ба үл нийцэх, урвалд орох болон тогтвортой байх чанаруудыг харгалздаг	0	5	
89	Эмнэлзүйн лабораторийн аюулгүй ажиллагаа MNS 6616:2016 стандартын 6.3.2	Химийн хорт болон аюултай бодис нь шаардлага хангасан хаяг, шошготой.	0	5	
90	Эмнэлзүйн лабораторийн аюулгүй ажиллагаа MNS 6616:2016 стандартын 11	Лабораторийн биоаюулгүйн чиглэлээр ажлын байранд хийх тасралтгүй сургалтын хөтөлбөр боловсруулж түүний дагуу сургалт хийдэг	0	3	
НИЙТ ОНОО			0	374	0

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i>
<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>
<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар: