



**№3.30.ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ЭРҮҮЛ
АХУЙ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ
ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../...

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	
	1	2	3	4	5
1. Барилга байгууламж, орчны эрүүл ахуйн шаардлага			0	61	0
1	ӨЭМТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагаа 5292:2017 стандартын 29.1.1, Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 4.2.1	Эмнэлэг нь зориулалтын байртай /зориулалтын дагуу ашигладаг/	0	5	
2	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 5.1	Усан хангамж нь төвлөрсөн болон хэсгийн системд холбогдсон.	0	5	
3	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 6.1	Ариун цэврийн байгууламж нь төвлөрсөн системд холбогдсон.	0	5	
4	ӨЭМТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагаа 5292:2017 стандартын 29.1.8	Стандартад заасан зориулалтын өрөө, тасалгаагаар бүрэн хангагдсан.	0	10	
5	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 4.4.2	Тасаг, кабинетын өрөөний хэм стандартад заасан шаардлагыг хангасан	0	5	

6	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 4.4.2, ӨЭМТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5292:2017 стандартын 29.1.1-29.1.4	Тасаг, нэгжийн дотор хана, таазны будаг шохой ховхроогүй, ан цавгүй, тоос тортоггүй, цэвэрлэгээ халдваргүйтгэл хийхэд тохиромжтой.	0	3	
7	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 4.4.4	Лаборатори, сэргээн засах эмчилгээ, угаалга, ариутгал зэрэг газрууд нь бохир агаарыг зайлуулж, гадна агаарыг цэвэрлэж, чийглэдэг иж бүрэн агааржуулалтын механик болон автомат системтэй, хэвийн ажилладаг	0	5	
8	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 4.5.4	Эмчлүүлэгчийн өрөө 60 люкс, үзлэгийн өрөө 100 люкс бүхий флуоросценцийн гэрэлтүүлэгтэй	0	3	
9	ӨЭМТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагаа 5292:2017 стандартын 27.1.9	Үйлчлүүлэгчдэд зориулсан ариун цэврийн өрөөтэй	0	5	
10	Нүхэн жорлон, угаадасны нүх. Техникийн шаардлага MNS 5924:2015 стандартын 7-р зүйл.	Цэвэр, бохир усны системд холбогдоогүй тохиолдолд эрүүл ахуйн шаардлага хангасан бие засах газартай	0	5	
11	Нүхэн жорлон, угаадасны нүх. Техникийн шаардлага MNS 5924:2015 стандартын 13-р зүйл.	Бохирын цооног /угаадасны нүх/ нь эрүүл ахуйн шаардлага хангасан.	0	5	
12	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.3	Байгууллагын гадна орчны 50м хүртэлх газрын хог хаягдлыг цэвэрлэж, ногоон байгууламжийн арчилгааг хийсэн, халтиргаа гулгаагүй, цэвэрхэн	0	5	
2. Халдварт өвчний хариу арга хэмжээ, урьдчилан сэргийлэлт, нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ			0	45	0
13	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 7-р хавсралтын 1.3, MNS 6392:2013 стандартын 4.4.7	ОУЭМД-ээр зохицуулагддаг ХӨ, тархах эрсдэл өндөртэй, өндөр хоруу чанартай үүсгэгчээр үүсгэгдсэн халдвартай үйлчлүүлэгчийг тусгаарлах боломжтой.	0	5	
14	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5292:2017 стандартын 12.5	Олныг хамарсан халдварт өвчний үед авах хариу арга хэмжээний /эм урвалж, хувийн хамгаалах хувцас хэрэгсэл, халдваргүйтгэлийн бодис г.м/ бэлэн байдал хангагдсан	0	5	
15	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5292:2017 стандартын 23.1	Үйлчлэх хүрээний хүн амын дундах зонхилон тохиолдох халдварт өвчний талаарх судалгаа, дүгнэлттэй.	0	5	

16	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5292:2017 стандартын 23.4	Цочмог халдварт өвчин гарсан тохиолдол бүрт голомтын арга хэмжээг цаг тухайд нь авч хэрэгжүүлсэн.	0	10	
17	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5292:2017 стандартын 23.3	Халдварт өвчний давтамж, тархалт, эрт сэрэмжлүүлэх хариу арга хэмжээний тандалт хийдэг.	0	10	
18	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5292:2017 стандартын 20.1	Товлолын дархлаажуулалтад хамрагдвал зохих хүүхдүүдийг бүрэн хамруулсан.	0	10	
3. Халдварын сэргийлэлт, хяналтын үйл ажиллагаа			0	31	0
19	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5292:2017 стандартын 25.6, ЭМС-ын 2014 оны 186-р тушаалын 5.1.6	Халдвар хяналтын ажилтантай	0	5	
20	ЭМС-ын 2014 оны 186-р тушаалын 5.1.2	Үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон ЭТҮХХ, ХСХ-ын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажилладаг.	0	3	
21	ЭМС-ын 2014 оны 186-р тушаалын 5.1.7	ЭТҮХХ-аас сэргийлэх чиглэлээр эмч, мэргэжилтнүүдэд сургалт хийж, мэргэжил арга зүйн зөвлөлгөөгөөр хангаж ажилладаг	0	3	
22	ЭМС-ын 2017 оны А/169 дүгээр тушаалын 1 дүгээр хавсралт	Халдварын сэргийлэлт, хяналтын чиглэлээр батлагдсан дотоод хяналтын үнэлгээний хуудсуудаар үйл ажиллагаагаа үнэлж, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаж хэвшсэн	0	10	
23	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын III хавсралт	Ажилтнууд хувийн хамгаалах хувцас, хэрэгслийг зориулалтын дагуу, зөв хэрэглэдэг	0	5	
24	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5292:2017 стандартын 25.11, ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын VI хавсралт, VIII дугаар хавсралтын 3.3, 3.4	Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний нэг удаагийн зориулалтын багаж, материалыг хэрэглэдэг, давтан хэрэглэхээс сэргийлж нөөцийг бүрдүүлсэн	0	5	
4. Гарын эрүүл ахуй			0	23	0
25	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 4.2.11	Үзлэгийн, тарианы зэрэг ажилбарын өрөө болон ариун цэврийн өрөөнд мэдрэгчтэй эсвэл хөл, тохойг ашиглан нээж хаах ажиллагаатай гарын угаалтууртай	0	5	
26	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын I хавсралтын 1.2	Гар угаахад нянгийн эсрэг шингэн саван, спиртэн суурьтай халдваргүйжүүлэх бодисыг хэрэглэдэг, нөөцтэй	0	5	

27	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын I хавсралтын 1.2	Гар угаахад олон хэрэглээтэй даавуун алчуур, гар хатаагч сэнсийг ашигладаггүй.	0	5	
28	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын I хавсралтын 2.1	Гар угаах дараалал, санамж, анхааруулга бүхий зурагт хуудсыг гарын угаагуур бүрийн дэргэд байрлуулсан	0	3	
29	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын I хавсралтын 1.3	Эрүүл мэндийн ажилтан ажил, үүргээ гүйцэтгэхдээ 5 мөчид гарыг угааж, халдваргүйтгэдэг .	0	5	
5. Угаалга, цэвэрлэгээ			0	19	0
30	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5292:2017 стандартын 30.2.7	Зөөлөн эдлэл, цагаан хэрэгсэл болон ажиллагсдын ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгслийг зохих шаардлагын дагуу угааж, индүүдэж хэрэглэдэг	0	5	
31	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын IX хавсралтын 2.2	Ус хангамжийн төвлөрсөн системд холбогдоогүй бол угаалгын үйлчилгээнд хүрэлцэхүйц ус нөөцлөх савтай, ус зөөвөрлөх, халаах хэрэгслээр хангагдсан	0	3	
32	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын V хавсралтын 2.9	Цэвэрлэгээний материалыг өнгөөр ялгаж, хэрэглэдэг	0	5	
33	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 7.1.5	Үйлчлэгч нар цэвэрлэгээ хийсэн тухай тэмдэглэгээг тусгай хуудсан дээр тэмдэглэж, хананд байрлуулсан.	0	3	
34	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын V хавсралтын 3.2	Асгарсан, цацагдсан цус, биологийн шингэнийг халдваргүйжүүлэн цэвэрлэх иж бүрдлийг бэлтгэсэн	0	3	
6. Ариутгал, халдваргүйтгэл			0	62	0
35	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 3.4	Төвлөрсөн ариутгалын хэсгийн өрөөнүүд нь нэг чиглэлийн урсгалтай, бохир, цэвэр, ариун гэсэн 3 бүстэй	0	5	
36	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 3.6	Ариутгалын хэсгийн өрөөний шал нь резинэн хулдаастай	0	3	
37	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 3.6	Хана, шаазан хавтан эсвэл тосон будагтай тааз нь эмульсэн өнгөлгөөтэй	0	3	
38	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 3.6	Ариутгалын тасгийн шал-хана, тааз-хананы уулзвар ирмэг нь мохоо, зай завсаргүй, хийц материал нь цайвар өнгөтэй, цэвэрлэхэд тохиромжтой	0	5	

39	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 3.10	Багаж хэрэгслийн угаах, халдваргүйжүүлэх, ариутгахад зайлшгүй шаардлагатай багаж, тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан, тэдгээр нь хэвийн ажиллагаатай	0	3	
40	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 3.12	Автоклавын даралт, хэмийн хэмжүүрийг баталгаажуулсан. /Автомат программтай автоклавт хамаарахгүй/	0	3	
41	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 4.2	Ариутгалын тасаг хэсэгт ажиллах эмнэлгийн мэргэжилтэн нь халдварын сэргийлэлт, халдваргүйтгэл, ариутгал, шавжгүйтгэл, мэрэгчгүйтгэлийн чиглэлээр сургалтанд хамрагдсан гэрчилгээтэй	0	5	
42	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 6.7	Ариутгалын чанарыг химийн болон техникийн хяналтаар өдөр бүр шалгадаг	0	3	
43	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 6.5	Ариутгалын чанарыг биологийн индикатороор улиралд нэг удаа шалгадаг	0	5	
44	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 3.2	Ариутгалын хэсгийг зохион байгуулах боломжгүй бол мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх гэрээтэй /Гэрээ, хүлээлгэн өгсөн, хүлээн авсан бүртгэлтэй/	0	3	
45	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 5	Ариутгасан материалын хадгалах хугацааг баримталж хадгалсан.	0	10	
46	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 5 дугаар зүйлийн 1	Халдварын эрсдэл багатай гэмтээгүй арьс салсттай хүрэлцдэг багаж, хэрэгслийг (бумба, ванн) халдваргүйжүүлэх бодистой бүлээн усанд сайтар угааж, цэвэр усаар зайлж хатаан, халдваргүйтгэдэг	0	3	
47	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 5 дугаар зүйлийн 2	Чагнуур, халууны шил, даралтны аппарат, чанд авиа болон физик эмчилгээний тоног төхөөрөмжийн датчик зэргийг 70 хувийн спирт болон зориулалтын халдваргүйжүүлэх бодисоор цэвэрлэж арчдаг	0	3	
48	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 7.2	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн, тухайн онд хэрэглэх химийн бодисын жагсаалтад орсон химийн бодисыг ариутгал, халдваргүйтгэлд хэрэглэдэг, нөөцтэй	0	3	

49	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 7.1.5, ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 4.12, 7.4	Эмнэлэгт хэрэглэх халдваргүйтгэлийн бодисыг зааврын дагуу бэлтгэж, бодисын үйлчлэх хугацааг мөрддөг	0	5	
7. Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай хог хаягдлын менежмент			0	27	0
50	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 3.5	Хог хаягдлын уут, савыг байршуулсан газарт ангилан ялгалтын заавар байрлуулсан	0	3	
51	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 2,3,4 дүгээр зүйл	Хог хаягдлыг цуглуулах уут, сав /өнгийн уут, хогийн сав, уут тогтоогч, аюулгүй хайрцаг/ нь хог хаягдлын ангилалд тохирох шаардлага хангасан, тэмдэг тэмдэглэгээтэй, хүрэлцээтэй	0	3	
52	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын I хавсралт	Ангилан ялгалтын зааврын дагуу зөв ангилж цуглуулсан.	0	5	
53	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 1.3	Ууттай хог хаягдлыг түр хадгалах цэг хүртэл зөөвөрлөхдөө тагтай, бариултай, "Биоаюултай" таних тэмдэг бүхий саванд хийдэг.	0	3	
54	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 5.4, 5.5	Хог хаягдлыг түр хадгалах цэг нь эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын шаардлага хангасан.	0	5	
55	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 5.4.11	Хог хаягдал устгах нэгдсэн байгууламжгүй орон нутгийн эмнэлгийн түр хадгалах байр нь халдвартай хог хаягдлыг халдваргүйжүүлэх хэсэгтэй ба хог хаягдлыг халдваргүйжүүлдэг.	0	5	
56	ЭМС-ын 2011 оны 359-р тушаалын III хавсралт	Дархлаажуулалтын кабинетад хэрэглэсэн зүү тариур, үлдэгдэл вакциныг устгасан тухай бүрт тэмдэглэл хөтөлдөг.	0	3	
8. Дархлаажуулалт			0	8	0
57	ЭМСС-ын 2015 оны 261-р тушаалын III хавсралтын 1.2	Дархлаажуулалтын кабинет нь өвчтөний үзлэгийн өрөө, тасгаас тусдаа	0	5	
58	ЭМС-ын 2011 оны 122-р тушаалын II хавсралт	Олон тунтай вакциныг задалсан өдөр, цагийг тэмдэглэн, хадгалах нөхцөл, хугацааг мөрдөж хэрэглэдэг	0	3	
9. Эрүүл мэндийн ажилтныг халдвараас сэргийлэх арга хэмжээ			0	17	0
59	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын IV хавсралтын 2.4	Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг тархвар судлалын заалтаар болон сайн дурын хэлбэрээр дархлаажуулах ажлыг зохион байгуулсан	0	3	

60	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын IV хавсралтын 2.3	Шинээр орох ажилтныг сүрьеэ, халдварт саа, сахуу, хөхүүл ханмад, татран, В вируст гепатитийн дархлаажуулалтад хамрагдсан эсэхийг баталгаажуулдаг.	0	3	
61	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын IV хавсралтын 2.7.4	Ажилтны эрүүл мэндийн байдалд үнэлгээ хийж, эрүүлжүүлэх арга хэмжээ авдаг.	0	3	
62	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын IV хавсралтын 2.6	Бүх, тасаг нэгжийг өртөлтийн дараах сэргийлэлтийн анхны тусламж үзүүлэхэд шаардлагатай эм, хэрэгсэл бүхий цомгоор хангасан	0	5	
63	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын IV хавсралтын 2.7	Ажилтан цусаар дамжих халдварын эрсдэлд өртсөн үед өртөлтийн дараах сэргийлэлтийн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн.	0	3	
НИЙТ ОНОО			0	293	0

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i>
<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>
<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар: