



**№10.2.РЕНТГЕН ОНОШИЛГООНЫ ЦАЦРАГИЙН
АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН
ХУУДАС**

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../...

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал:

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
	1	2	3	4	5	6
1	ЦЭТХ 15.3	Цацрагийн үүсгүүрийн тусгай зөвшөөрөлтэй.				
I. Байгууллагын цацрагийн хамгаалалт аюулгүй байдал			0	67	0	0
2	ЦЭТХ-ийн 28.2.5, ЦХААҮД 3.3.5.2	Цацрагийн аюулгүй байдал хариуцсан ажилтан/алба, нэгж/-тай.	0	5		
3	ЦХААҮД 3.3.4	Цацрагийн үүсгүүр болон цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаандаа өөрчлөлт хийхээр төлөвлөсөн тухайгаа хяналтын байгууллагад урьдчилан мэдэгдсэн.	0	2		
4	ЦЭТХ 36.1.4	Цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм	Хянуулж баталгаажуулсан.	0	3	
5			Мөрдөж ажилладаг.	0	5	
6		Цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө	Хянуулж баталгаажуулсан.	0	3	
7			Мөрдөж ажилладаг.	0	5	
8		Цацрагийн ослын үед авах арга	Хянуулж баталгаажуулсан.	0	5	

9		хэмжээний төлөвлөгөө	Шинэчилдэг.	0	3		
10	ЦЭТХ 36.1.6, ЦХААҮД 3.15.46.7	Ослын нөхцөл байдал, зөрчлийг хяналтын байгууллагад мэдэгддэг.		0	2		
11			Удирдамж, хөтөлбөртэй.	0	2		
12	ЗГ-ын 311-р тогтоол ААНБҮАДХШЗБ Нийтлэг журмын 3.6, ЦХААҮД 3.8.1	Дотоод хяналт	Хяналт хийсэн.	0	5		
13			Авсан арга хэмжээ, хүрсэн үр дүн	0	2		
14	ЦЭТХ-ийн 28.2.7	Цацрагийн аюулгүй байдлыг хангах чиг үүрэг бүхий ажилтан солигдсон бол энэ талаар мэргэжлийн хяналтын байгууллагад ажлын 3 өдрийн дотор бичгээр мэдэгдсэн		0	5		
15	ЦЭТХ-ийн 28.2.10	Тусгай зөвшөөрөл дээрх мэдээлэл өөрчлөгдсөн тохиолдолд хяналтын байгууллагад мэдэгдсэн		0	5		
16	ЦЭТХ 36.1.1	Рентген аппаратыг шинээр хүлээн авсан тухайгаа ажлын 3 өдрийн дотор мэдэгддэг.		0	5		
17	ЦЭТХ 36.1.5	Рентген аппаратын ашиглалтын бүртгэл хөтөлж, жилийн эцсийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайланг жил бүрийн 12-р сарын 20-ны дотор цацрагийн хяналтын байгууллагад хүргүүлдэг.		0	10		
II. Ажлын байрны цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдал				0	43	0	0
18	ЦЭТХ 36.1.2, ЦХААҮД-ийн 3.15.12 (2)	Рентген кабинетын талбай, бүтэц зохион байгуулалт дүрмийн дагуу хийгдсэн.		0	5		
19	ЦЭТХ 36.1.2	Зориулалтын агааржуулалттай.	Кабинетад	0	5		
20			Удирдлагын хэсэгт	0	3		
21	ЦЭТХ 36.1.3, ЦХААҮД-ийн 3.13.16 (3)	Рентген шинжилгээний өрөөний хаалганд анхааруулгатай.	Анхааруулах тэмдэг,	0	2		
22			Анхааруулах гэрэлтэй.	0	2		
23	ЦЭТХ 36.1.2	Рентген кабинетын суурин хамгаалалт (хана, шал, тааз, харах цонх, хаалга) нь цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны дүрмийн шаардлагыг бүрэн хангасан		0	10		

24	ЦЭТХ 36.1.2	Удирдлагын өрөө өвчтөнг харах ажиглах хамгаалалт бүхий цонх, хаалгатай, дүрмийн шаардлагыг бүрэн хангасан	0	2			
25	ЦЭТХ 36.1.3	Рентген шинжилгээний өрөөнд техникийн төсөлд ороогүй тоног төхөөрөмж суурилуулах, рентген шинжилгээтэй холбоогүй ажил үйлчилгээ явуулдаггүй.	0	1			
26	ЦХААҮД 3.13.22	Цацрагтай ажиллагчдыг цацрагаас хамгаалах хэрэгслээр бүрэн хангасан.	Хамгаалалтын хаалттай	0	1		
27			Хамгаалалтын хормогч	0	2		
28			Хамгаалалтын нүдний шил	0	2		
29			Хүүхдийн хамгаалах	0	5		
30			Бамбайн хаалт	0	2		
31			Хамгаалалтын хэрэгслийн ашиглалт, хадгалалтад хяналт тавьдаг.	0	1		
III. Цацрагтай ажиллагчдын цацрагийн хамгаалалт			0	34	0	0	
32	ЦЭТХ 43.1	Цацрагтай ажиллагчдыг мэргэжлийн шарлагын хувийн тунгийн хяналтад бүрэн хамруулсан.	0	5			
33	МШХТХГГ-ний 3.2	Хувийн дозиметрийг сар бүр тогтмол хэмжилтэнд хамруулдаг.	0	2			
34	ЦХААҮД 3.13.7.1	Мэргэжлийн шарлагын хувийн тунг хянуулж баталгаажуулдаг.	0	2			
35	ЦЭТХ 43.8, Хөдөлмөрийн тухай Хуулийн 79.6, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 28.1.9, ЗГ-ын 2012 оны 150-р тогтоол ЭМАНМУО Журмын 1.4	Цацрагтай ажиллагчдад хэвийн бус нөхцөлд хамрагдах хөнгөлөлтүүдийг олгодог.	Нэмэгдэл цалин, хөнгөлөлт эдэлдэг.	0	1		
36			Богиносгосон цагаар ажилладаг.	0	2		
37			Хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнээр хангадаг.	0	1		
38			Ээлжийн амралтад хөдөлмөрийн нөхцлөөс хамаарсан нэмэгдэл	0	1		
39	ЦЭТХ 43.5, ЦХААҮД 3.13.7.6	Цацрагтай ажиллагчдыг мэргэжлээс шалтгаалах өвчний эмнэлгийн үзлэгт тогтмол, бүрэн хамруулдаг.	0	5			

40	ЦЭТХ 36.1.7, ЦХААҮД 3.13.7.8,	Цацрагтай ажиллагчдыг 2 жил тутамд тусгай хөтөлбөрийн дагуу явагдах цацрагийн хамгаалалтын сургалтад хамруулдаг.		0	5		
41	ЦЭТХ 36.1.3	Рентген техникч болон цацрагтай ажиллагч шинжилгээ хийгээгүй үед байрлах тусгай өрөөтэй.		0	5		
42	ЦЭТХ 36.1.3	Цацрагийн ачааллаас хамгаалах зорилгоор рентген техникчийг 2 ба түүнээс дээш аппарат дээр ажиллуулахыг хориглодог.		0	5		
IV. Рентген оношилгооны аппарат тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, хамгаалалт аюулгүй байдал				0	9	0	0
43	ЦЭТХ 36.1.8, ЦХААҮД 3.13.7.7	Цацрагийн хэмжилтийн багажтай.		0	2		
44	ЦЭТХ 44.1.2, ЦХААҮД 3.15.26.1-2, Монгол улсын стандарт MNS : 5391-2010	Рентген төхөөрөмжид тохируулга, чанарын баталгаажилтын хэмжилт	Тогтмол хийдэг.	0	2		
45			Техникийн ерөнхий шаардлага хангасан.	0	5		
V. Өвчтөн, шинжлүүлэгчдийн цацрагийн хамгаалалт аюулгүй байдлыг хангуулах				0	33	0	0
46	ЦХААҮД 3.15.8	Оношилгооны үед шинжлүүлэгчийг үндэслэлгүй нэмэгдэл шарлагад өртүүлэхгүй байлгах арга хэмжээ авдаг.		0	2		
47	ЦЭТХ 44.1.5	Оношилгооны үед хувийн хамгаалах хэрэгслээр хангадаг.	Судлагдаж буй эрхтэнээс бусад хэсгийг хамгаалдаг.	0	5		
48			Асран хамгаалагчийг хамгаалдаг.	0	2		
49	ЦЭТХ 44.1.3	Хүүхдэд рентген оношилгоо хийхэд түүний эцэг эх, асран хамгаалагчийн зөвшөөрлийг авдаг.		0	5		
50	ЦХААҮД 3.15.36	Эмнэлгийн хүлээлгийн өрөө, нийтийн өрөө тасалгаанд цацрагийн оношилгоо хийлгэх эмэгтэйчүүд жирэмсэн байх магадлалтай, хөхүүл хүүхэдтэй тухайгаа мэдэгдэх шаардлагатай тухай анхааруулга, санамжийг байрлуулсан		0	5		
51	3.15.7, 3.15.8 (5)	Рентген шинжилгээнд орохоос өмнө шинжлүүлэгчид цацрагийн тунгийн тухай болон цацрагийн хамгаалалтын талаар зааварчилгаа өгдөг.		0	2		

52	ЦХААҮД 3.15.51 (2)	Рентген шинжилгээний үед шинжлүүлэгчийн авсан тунгийн хэмжээ, техникийн өгөгдлүүдийг журналд тэмдэглэдэг	0	5		
53	ЦХААҮД 3.15.29	Шинжлүүлэгчийг давтан шинжилгээнд оруулахаас зайлсхийх арга хэмжээ авдаг.	0	2		
54	ЦХААҮД 3.15.25 (1-4), 3.15.35, 3.15.37	Жирэмсэн буюу төрөх насны шинжлүүлэгч, хүүхдийг рентген шинжилгээнд оруулахдаа дүрмийн шаардлагыг баримталдаг.	0	5		
НИЙТ ОНОО			0	186	0	0

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i>
<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>
<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар: