



**№10.3.РЕНТГЕН БАГАЖ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН
ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../...

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх

адлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

| № | Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт | Асуултууд | Батлагдсан оноо | | Авсан оноо | Гүйцэтгэлийн шалгалт |
|---|---|--|--------------------|---------------------|------------|----------------------|
| | | | Шаардлага хангасан | Шаардлага хангаагүй | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ЦЭТХ-ийн 15.3 | Цацрагийн үүсгүүрийн тусгай зөвшөөрөлтэй | | | | |
| I. Байгууллагын цацрагийн хамгаалалт | | | 0 | 150 | 0 | 0 |
| 2 | ЦЭТХ-ийн 28.2.5, ЦХААҮД-ийн 3.3.5 (2), ЦХҮАЭБЦААД-ийн 1.1. | Цацрагийн аюулгүй байдлыг хангах чиг үүрэг бүхий дотоод хяналт тавих ажилтан (алба, нэгж)-г тушаалаар томилсон | 0 | 10 | | |
| 3 | ЗГ-ын 2011 оны 311 тоот тогтоол, ААНБҮАДХШЗБНЖ-ын 3 дугаар бүлэг 3.3 дахь хэсэг, ЦҮАБХД-ийн 2.1.2 | Дотоод хяналт шалгалтын ажилтан нь тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрхэлж байгаа үйл ажиллагааны чиглэлээр боловсрол, мэргэжил эзэмшиж мэргэшсэн, ажлын дадлага туршлагатай | 0 | 10 | | |
| 4 | | Цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрмийг мөрдөж ажилладаг | 0 | 15 | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|----------------------|---|----|--|--|
| 5 | ЦЭТХ-ийн 36.1.4, ЦХААҮД-ийн 3.3.5. (6,7), 3.13.23 | Цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажилладаг, хөтөлбөрийг тогтмол хянаж, сайжруулдаг | | 0 | 15 | | |
| 6 | | Цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөтэй, шинэчилдэг | | 0 | 5 | | |
| 7 | | Цацрагийн осол болон бусад ослоос суралцах ба тайлан мэдээ гаргах, хүргүүлэх журамтай. | | 0 | 5 | | |
| 8 | ЦЭТХ-ийн 36.1.6. | Ослын нөхцөл байдал, зөрчлийг холбогдох байгууллага д мэдэгддэг | Хяналтын байгууллага | 0 | 2 | | |
| 9 | | | Онцгой байдал | 0 | 2 | | |
| 10 | | | Тагнуул | 0 | 2 | | |
| 11 | | | Цагдаа | 0 | 2 | | |
| 12 | ЦЭТХ-ийн 36.1.3 | Ажил эхлэхээс өмнө аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгдөг /бүртгэдэг/ | | 0 | 5 | | |
| 13 | ЦЭТХ-ийн 36.1.5 | Цацрагийн үүсгүүрийн ашиглалтын бүртгэл, тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайланг жил бүрийн 12 дугаар сарын 20-ны дотор ирүүлдэг | | 0 | 10 | | |
| 14 | ЦЭТХ-ийн 17.1.5 | Үйл ажиллагаа эрхлэх чиглэлээр мэргэжлийн боловсон хүчний нөөцтэй | | 0 | 10 | | |
| 15 | ЦҮАБХД-ийн 2.2.4, /BSS/ - 3.94, ЗГ-ын 2011 оны 311 тоот тогтоол, ААНБҮАДХШЗБНЖ-ын 3.2 | Цацрагийн хяналтын ажилтан нь операторын буруутай үйл ажиллагааг зогсоох, цацрагийн аюулгүй байдлыг хангуулах, зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээг бие дааж шийдвэрлэх эрхтэй | | 0 | 15 | | |
| 16 | /BSS/ - 3.12 | Рентген багаж, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, хадгалалттай холбоотой баримт бичиг бүрэн | | 0 | 1 | | |
| 17 | ЦХААҮД-ийн 3.9.6-(9) | Цацрагийн үүсгүүр болон төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны баримт бичгүүд (гарын авлага, зааварчилгаа) нь ажилтнуудад ойлгоход хялбар | | 0 | 10 | | |
| 18 | ЦЭТХ 28.2.7 | Цацрагийн аюулгүй байдлыг хангах чиг үүрэг бүхий ажилтан солигдсон тухайгаа хуулийн дагуу мэдэгдсэн | | 0 | 2 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------------------|-----------|----------|----------|--|
| 19 | ЦЭТХ 28.2.10 | Тусгай зөвшөөрөл дээрх мэдээлэл өөрчлөгдсөн тохиолдолд хяналтын байгууллагад мэдэгдсэн | 0 | 2 | | | |
| 20 | ЦЭТХ 36.1.1 | Шинээр цацрагийн үүсгүүр хүлээн авсан тухайгаа ажлын 3 өдрийн дотор мэдэгдсэн | 0 | 10 | | | |
| 21 | ЦХААҮД-ийн 3.7.8 | Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа, байгууламжид ямар нэгэн томоохон өөрчлөлт хийх бол зөвхөн цацрагийн аюулгүй ажиллагааны үнэлгээг хийсний дараа үнэлгээний дүнг харгалзан Хяналтын байгууллагын зөвшөөрсний дагуу гүйцэтгэдэг | 0 | 5 | | | |
| 22 | ЦЭТХ-ийн 43.8 | Цацрагтай ажиллагчдад ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлд хамаарах холбогдох хууль тогтоомжид заасан хөнгөлөлт нөхцөлүүдийг олгодог | Хэвийн бус нөхцөлд хамруулдаг | 0 | 3 | | |
| 23 | | Ээлжийн амралтын хугацаанд хоног нэмэгдүүлдэг | 0 | 3 | | | |
| 24 | | Хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнээр хангадаг | 0 | 3 | | | |
| 25 | | Ажлын богиносгосон цагаар ажиллуулдаг | 0 | 3 | | | |
| II. Ажлын байрны цацрагийн хамгаалалт | | | 0 | 53 | 0 | 0 | |
| 26 | ЦЭТХ-ийн 36.1.2 | Цацрагийн аюулгүйн стандартыг бүрэн хангасан улсын байцаагчийн зөвшөөрсөн зориулалтын байртай | 0 | 15 | | | |
| 27 | | Агааржуулалтын иж бүрэн системтэй | 0 | 5 | | | |
| 28 | ЦХААҮД-ийн 3.13.18 | Рентген багаж, тоног төхөөрөмжийг ажиллуулж буй өрөөний хаалганд зохих цацрагийн анхааруулах санамж, тэмдэгтэй | 0 | 2 | | | |
| 29 | ЦЭТХ-ийн 28.2.5, ЗГ-ын 2011 оны 311 тоот тогтоол, ААНБҮАДХШЗБНЖ-ын 3.6 | Дотоод хяналтыг батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу, давтамжтай хийдэг | 0 | 10 | | | |
| 30 | | Цацрагийн төрөлд тохирсон хэмжилтийн багажтай | 0 | 5 | | | |
| 31 | | Хэмжилт хийхийн өмнө багажны хэвийн ажиллаж буй эсэхийг шалгадаг | 0 | 3 | | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|----------|-----------|----------|----------|
| 32 | ЦЭТХ-ийн 36.1.8 | Баталгаажуулсан багажаар ажлын байрны цацрагийн хэмжилтийг тогтмол хийдэг | 0 | 2 | | |
| 33 | | Оператор цацрагийн хэмжилтийн багажийг ашиглах дадал эзэмшсэн | 0 | 2 | | |
| 34 | | Ажлын байрны цацрагийн хэмжилтийн дүнг журналд тэмдэглэдэг | 0 | 2 | | |
| 35 | | Багажийг баталгаажилтыг итгэмжлэгдсэн байгууллага, лабораториор хийлгэдэг | 0 | 2 | | |
| 36 | ЦХААҮД-ийн 3.13.24 | Ажлын байрны цацрагийн шарлага, цацрагийн тунг үнэлэх ТЛД-дозиметртэй | 0 | 5 | | |
| III. Ажиллагчдын цацрагийн хамгаалалт | | | 0 | 84 | 0 | 0 |
| 37 | ЦЭТХ-ийн 36.1.7, ЦХҮАЭББЦААД-ийн 1.8 | Цацрагтай ажиллагчийг төрийн захиргааны байгууллагын зөвшөөрсөн тусгай хөтөлбөрийн дагуу явагдах цөмийн болон цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлын сургалтад хамруулдаг (2 жил тутам давтан сургалтад хамруулсан) | 0 | 10 | | |
| 38 | ЦҮАБХД-ийн 2.5.3, ЦХҮАЭББЦААД-ийн 2.5, ЦХААҮД-ийн 3.13.39.2, ЦҮАБХД-ийн 2.2.3, ЦҮАБХД-ийн 2.5.1 | Цацрагийн аюулгүйн дотоод сургалтад холбогдох ажилтнуудыг хамруулдаг, сургалтын хөтөлбөрийг тогтмол хянаж, шаардлагатай тохиолдолд шинэчилдэг | 0 | 10 | | |
| 39 | ЦХААҮД-ийн 3.13.42 | Эмэгтэй ажилтнуудад зориулсан тусгай зохион байгуулалтын арга хэмжээ авдаг | 0 | 10 | | |
| 40 | ЦЭТХ 43.1, /BSS/ – Хавсралт II, | Цацрагтай ажиллагчид Мэргэжлийн шарлагын хувийн тунгийн хяналтад бүрэн хамрагдсан | 0 | 15 | | |
| 41 | ЦЭТХ 43.5 | Цацрагтай ажиллагчдыг мэргэжлээс шалтгаалах өвчний эмнэлгийн хяналтад тогтмол, бүрэн хамруулдаг | 0 | 10 | | |
| 42 | МШХТХГГ-ний 3.2 | Хувийн дозиметрийг сар бүр тогтмол хэмжилтэд хамруулдаг | 0 | 5 | | |
| 43 | МШХТХГГ-ний 3.6 | Хувийн дозиметрийг зориулалтын дагуу зөв зүүдэг | 0 | 5 | | |
| 44 | МШХТХГГ-ний 3.5 | Мэргэжлийн шарлагын хувийн тунгийн хэмжилтийн дүнг хянуулж, баталгаажуулдаг. | 0 | 5 | | |
| 45 | | Цацрагтай ажиллагчд Хормогч | 0 | 2 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------|----------|-----------|----------|----------|
| 46 | ЦХААҮД-ийн 3.13.22-(1,2,3) /BSS/- 1.23 | ыг цацрагийн хамгаалах хэрэгслээр бүрэн хангасан | Бамбай хамгаалалт | 0 | 2 | | |
| 47 | | | Бээлий | 0 | 2 | | |
| 48 | | | Нүдний шил | 0 | 1 | | |
| 49 | | Цацрагийн хувийн хамгаалах хэрэгслийг зөв хэрэглэж, ашигладаг | 0 | 1 | | | |
| 50 | | Цацрагийн хувийн хамгаалах хэрэгслийг зөв хадгалдаг | 0 | 3 | | | |
| 51 | | Цацрагийн хувийн хамгаалах хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал хэвийн | 0 | 3 | | | |
| IV. Судалгаа шинжилгээ, лабораторийн рентген төхөөрөмжийн цацрагийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын систем | | | | 0 | 56 | 0 | 0 |
| 52 | ЦЭТХ-ийн 19.5.1, Цацраг идэвхт үүсгүүрийн аюулгүй байдал, цацрагийн хамгаалалт /BSS/- 2.34 | Ашиглах рентген багаж, тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрийн гэрчилгээтэй | 0 | 2 | | | |
| 53 | | Рентген багаж, тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрийн шошго, цацрагийн тэмдэгтэй | 0 | 2 | | | |
| 54 | | Автомат түгжээтэй | 0 | 10 | | | |
| 55 | | Механик түгжээтэй | 0 | 10 | | | |
| 56 | | Рентген тоног төхөөрөмжийн дотоод болон гадаад хаалт бүрэн | 0 | 5 | | | |
| 57 | | Нэмэлт рентген хоолойтой | 0 | 1 | | | |
| 58 | | Фильтер.....нэмэлт фильтертэй | 0 | 2 | | | |
| 59 | | Рентген багаж нь өөр дээрээ аюулгүй ажиллагааны анхааруулах гэрэлтэй | 0 | 2 | | | |
| 60 | | Хэрэв тийм бол анхааруулах гэрэл хэвийн ажиллагаатай | 0 | 2 | | | |
| 61 | | Ослыг зогсоох товчлууртай | 0 | 10 | | | |
| 62 | | Зориулалтын хэмжилтийн хамгаалалттай ширээтэй | 0 | 5 | | | |
| 63 | | Тээвэрлэлтийн хайрцаг цоож түгжээтэй | 0 | 2 | | | |
| 64 | | Хадгалалтын аюулгүй байдлыг хангасан | 0 | 1 | | | |
| 65 | | Тээвэрлэлтийн хайрцаганд холбогдох баримт бичиг бүрэн | 0 | 1 | | | |
| 66 | Зөөврийн рентген багажийн тээвэрлэлтийн хайрцаг цацрагийн анхааруулах тэмдэгтэй | 0 | 1 | | | | |

| V. Аюулгүйн үзлэг, шалгалтын рентген төхөөрөмжийн цацрагийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын систем | | 0 | 167 | 0 | 0 | |
|---|--|--|-----|----|---|--|
| 67 | | Ашиглах рентген багаж, тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрийн гэрчилгээтэй | 0 | 2 | | |
| 68 | | Рентген багаж, тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрийн шошго, цацрагийн тэмдэгтэй | 0 | 2 | | |
| 69 | | Автомат түгжээтэй | 0 | 10 | | |
| 70 | | Механик түгжээтэй | 0 | 10 | | |
| 71 | | Рентген тоног төхөөрөмжийн дотоод болон гадаад хаалт бүрэн | 0 | 5 | | |
| 72 | | Рентген тоног төхөөрөмжийн хамгаалалтын тугалган туузан хөшиг хаалт хэвийн | 0 | 10 | | |
| 73 | | Нэмэлт рентген хоолойтой | 0 | 1 | | |
| 74 | | Рентген тоног төхөөрөмжийн цацрагийн анхааруулах гэрлэн | 0 | 2 | | |
| 75 | | Ослыг зогсоох товчлууртай | 0 | 10 | | |
| 76 | | Зорчигчийн биед үзлэг хийх рентген төхөөрөмжөөр үндэслэлгүйгээр зорчигчийг шалгадаг (сэжиг бүхий тохиолдолд хамаарахгүй) | 0 | 20 | | |
| 77 | Цацраг идэвхт үүсгүүрийн аюулгүй байдал, цацрагийн хамгаалалт /BSS/ 2.34 | Зорчигчийг зайлшгүй шалгах шаардлагатай тохиолдолд рентген төхөөрөмж эсвэл биет үзлэг хийлгэх эсэхийг зорчигчоос асууж, сонголтыг зорчигчоор хийлгэдэг | 0 | 10 | | |
| 78 | | Тийм бол энэ тухай тэмдэглэл хөтлөн гарын үсэг зуруулдаг | 0 | 5 | | |
| 79 | | Төхөөрөмжийг ассаны дараа удирдлагын гар болон туузан дамжуулагчийн ажиллагааг шалгадаг | 0 | 5 | | |
| 80 | | Рентген тоног төхөөрөмжид гацсан ачаа тээшийг авахдаа өндөр хүчдэлийг салгадаг | 0 | 10 | | |
| 81 | | Операторын ажлын байр ачаа тээш шалгах рентген тоног төхөөрөмжийн туяаны чиглэлд байрласан | 0 | 5 | | |

| | | | | | |
|------------------|--|----------|------------|----------|----------|
| 82 | Операторын ажлын байранд туяаны алдагдалтай | 0 | 10 | | |
| 83 | Чингэлэг шалгах рентген тоног төхөөрөмж бүхий байгууламжийн хамгаалалтын автомат хаалт хэвийн ажилладаг | 0 | 10 | | |
| 84 | Тээврийн хэрэгсэл бүхий ачааг рентген төхөөрөмжөөр шалгахдаа жолоочийг рентген төхөөрөмжийн байгууламжаас гаргадаг | 0 | 10 | | |
| 85 | Чингэлэг шалгах рентген тоног төхөөрөмж бүхий байгууламж биет хамгаалалттай | 0 | 10 | | |
| 86 | Вагон шалгах рентген тоног төхөөрөмж нь вагоны жолоочийг өнгөрүүлсний дараа үзлэг хийхээр | 0 | 20 | | |
| НИЙТ ОНОО | | 0 | 510 | 0 | 0 |

| БАТАЛГААЖУУЛАЛТ | | |
|--|--|---|
| <i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i> | <i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i> | <i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нээж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i> |
| | | |
| <i>/ овог, нэр/</i> | <i>/ овог, нэр/</i> | <i>/ овог, нэр/</i> |
| | | |
| <i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i> | <i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i> | <i>/ гарын үсэг, тамга/</i> |

Тайлбар: